

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym nr 2021/BZP 00325540/01 z dnia 2021-12-21 oraz na stronie internetowej [www.zoz.konskie.bip.org.pl](http://www.zoz.konskie.bip.org.pl)

**Dot.: Sukcesywne dostawy przez okres 24 - rech miesięcy – Materiałów medycznych i zużywalnych w tym; wyrobów włókninowych pełnobarierowych, zestawów serwet, różnych wyrobów włókninowych wg zadań 1 – 3.**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

I.

**Zadanie 1 poz. 1,2,3,5,6,11**

Prosimy o dopuszczenie zestawu w którym całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej wynosi min. 109 g/m<sup>2</sup>. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**ODP.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie.**

**Zadanie 1 poz. 10**

Prosimy o dopuszczenie obłożenia pacjenta wykonanego z laminatu 2-warstwowego -folii polietylenowej i hydrofilowej włókniny polipropylenowej (spunbond) o łącznej gramaturze 48 g/m<sup>2</sup>. Obłożenie spełnia standardowe wymagania normy PN EN 13795, Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**ODP.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie.**

**Zadanie 1 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>? Dostępne rozmiary S,M,L,XL,XXL. Materiał spełnia standardowe wymagania normy PN EN 13795. w Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**ODP.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie.**

**Zadanie 1 poz. 16**

Czy zamawiający dopuści fartuchy, które spełniają wymagania standardowe normy PN EN 13795? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**ODP.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie.**

**Zadanie 1 poz. 13-15**

Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby czepki chirurgiczne spełniały wymagania wysokie normy 13795.

**ODP.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie.**

**Zadanie 2 poz. 6**

Prosimy o dopuszczenie obłożenia pacjenta wykonanego z laminatu 2-warstwowego -folii polietylenowej i hydrofilowej włókniny polipropylenowej (spunbond) o łącznej gramaturze 48 g/m<sup>2</sup>. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**ODP.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie**

**Zadanie 2 poz. 13**

Czy zamawiający dopuści maski, w których ciśnienie różnicowe wynosi  $< 29,4 \text{ Pa/cm}^2$ ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

***ODP.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie.***

**Zadanie 3 poz. 1, 4**

Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby czepki i maski chirurgiczne spełniały wymagania wysokie normy 13795.

***ODP.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie.***

**Zadanie 3 poz. 2,3**

Prosimy o dopuszczenie fartuchów w których gramatura wzmocnienia w części przedniej i na rękawach wynosi min.  $40 \text{ g/m}^2$ . Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

***ODP.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie.***

Końskie 27.12.2021r.

Za-Dyrektora  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Końskich

mgr. inż. Jerzy Grodzki

Sporządził  
Łukasz Maciążek