

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym nr 2021/BZP 00174640/01 z dnia 2021-09-08 oraz na stronie internetowej www.zoz.konskie.bip.org.pl

Dot. Dostawę: Komory izolacyjnej do przewozu pacjenta, Toru wizyjnego HD z videogastroskopem HDTV. Videobronchoskopu . Aparatu USG z funkcją echo kardiologii- według zadań 1-4

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

I.

Dotyczy załącznika nr 5 do zadania nr 4

Pkt 40. Czy zamawiający dopuści aparat wraz z głowicami sektorowymi/kardiologicznymi bez funkcji Power Doppler. W badaniach kardiologicznych tryb Power Doppler nie ma zastosowania. Aparat pracuje w trybie kolorowego Dopplera oraz w Dopplerze Spectralnym fali ciągłej oraz pulsacyjnej, które są wykorzystywane w badaniach kardiologicznych

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pkt 46. Czy zamawiający dopuści aparat bez możliwości oznaczania kierunku przepływu w trybie Power Doppler. Aparat wyposażony jest w funkcję B-Flow, funkcja ta jest bardzo czułą i niezależną od kąta metodą obrazowania przepływu.

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Końskie 15.09.2021r.

Za-Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Końskich

mgr. inż. Jerzy Grodzki

Sporządził
Łukasz Maciążek