

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym nr 2021/BZP 00245569/01 z dnia 2021-10-26 oraz na stronie internetowej www.zoz.konskie.bip.org.pl

Dot.: Dostawa i uruchomienie densytometru

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

I.

Pytanie 1 – Dotyczy: Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych i parametry oceniane, pkt. 2

Prosimy o doprecyzowanie zapis „Gwarancja na aparat i głowice” – czy jako głowicę należy rozumieć źródło promieniowania RTG czy jest to zapis dotyczący innego przetargu, który nie został odpowiednio wykasowany?

Odp.: Należy rozumieć jako źródło promieniowania RTG.

Pytanie 2 – Dotyczy: Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych i parametry oceniane, pkt. 23

Prosimy Zamawiającego o zmianę sposobu punktowania w ocenie tego wymagania, gdyż kalibracja 6 punktowa zapewnia równie wysoką jakość i dokładność kalibracji, jak rozwiązanie preferowane przez Zamawiającego.

Rozwiązania techniczne zastosowane w ofertowanym urządzeniu pozwalają na zachowanie najwyższej dokładności, powtarzalności i precyzji pomiarów w długim okresie czasu, dzięki czemu nie wymagają ponownej kalibracji przed wykonaniem każdego kolejnego pomiaru jak stosowane i niezbędne jest w urządzeniach konkurencyjnych.

Odp.: Nie. Punktacja w tym punkcie jest adekwatna dla potrzeb Zamawiającego.

Pytanie 3 – Dotyczy: Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych i parametry oceniane, pkt. 27

Prosimy o zmianę punktowania w ocenie tego wymagania, gdyż ruchomy blat nie jest konieczny do prawidłowego wykonania badania densytometrycznego, a większa ilość części mechanicznych może być przyczyną częstszych awarii i powodować wzrost kosztów obsługi urządzenia. Urządzenia z blatem nieruchomym mniej narażone są na usterki a zapewniają tę sama funkcjonalność.

Odp.: Nie. Punktacja w tym punkcie jest adekwatna dla potrzeb Zamawiającego.

Pytanie 4 – Dotyczy: Umowa, par. 1, pkt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy oferowanego urządzenia lub zezwoli na odstąpienie od nakładania kar umownych związanych z opóźnieniem dostawy w przypadku wykazania, że opóźnienie wynikało z aktualnej sytuacji pandemicznej i związanego z tym opóźnienia/blokad w łańcuchu dostaw

Odp.: Nie.

Pytanie 5 – Dotyczy: Umowa, par. 3, pkt. 3

- usunięcie uszkodzenia do 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii (naprawa wykonywana bezpośrednio po zgłoszeniu przez użytkownika nieprawidłowości w działaniu urządzenia)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w tym podpunkcie na następujący:

- usunięcie uszkodzenia do 5 dni roboczych (w przypadku usterki niewymagającej sprowadzenia części zamiennych) lub do 10 dni roboczych (jeśli konieczne będzie sprowadzenie części zamiennych z magazynów producenta) od zgłoszenia awarii (naprawa wykonywana bezpośrednio po zgłoszeniu przez użytkownika nieprawidłowości w działaniu urządzenia). Związane jest to z faktem, że aktualna sytuacja na świecie nie daje gwarancji szybkich dostaw części zamiennych z magazynów producenta zlokalizowanych w USA a prowadzenie lokalnego magazynu części zamiennych powodowałoby znaczne podniesienie kosztów obsługi serwisowej aparatu.

Odp.: Nie.

Pytanie 6 – Dotyczy: Umowa, par. 3, pkt. 3

- w czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostawy aparatu zastępczego, gdyż instalacja, uruchomienie i oddanie do użytku aparatu RTG wymaga złożenia wniosku i zgody SANEPIDu, a uzyskanie takiej zgody znacznie przekracza czas niezbędny na wykonanie naprawy aparatu?

Odp.: Tak.

Pytanie 7 – Dotyczy: Umowa, par. 4, pkt. 1, lit. b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie maksymalnego wymiaru kary za opóźnienie w dostawie urządzenia do 3%? Prośba ta wynika z niepewnej sytuacji na świecie związanej z pandemią COVID-19 i możliwości wprowadzania lokalnych lub globalnych lockdown'ów, co może skutkować zablokowaniem łańcucha dostaw komponentów niezbędnych do budowy oferowanego systemu lub jego transportu do Użytkownika z fabryki producenta, na co oferent nie ma wpływu i nie mógł tego przewidzieć i/lub odpowiednio uwzględnić w przygotowanej ofercie.

Odp.: Nie.

Końskie 02.11.2021r.

Za-Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Końskich

mgr. inż. Jerzy Grodzki

Sporządził
Łukasz Maciążek