

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym nr 2021/BZP 00245569/01 z dnia 2021-10-26 oraz na stronie internetowej [www.zoz.konskie.bip.org.pl](http://www.zoz.konskie.bip.org.pl)

**Dot.: Dostawa i uruchomienie densytometru**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

I.

1. Zwracamy się z prośbą o wyznaczenie terminu dostawy na 6 tygodni od dnia *podpisania* Umowy.

**ODP.: TAK**

2. Zwracamy się z prośbą o rozdzielenie terminu naprawy na 5 dni roboczych (bez wymiany części) i 8 dni roboczych (w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy), liczony od zdiagnozowania usterki. Wyjaśniamy, że czas naprawy zależy jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu.

**ODP.: TAK**

3. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Wyjaśniamy, że przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny aparat densytometryczny i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploataowanie zastępczego aparatu.

Uruchomienie zastępczego aparatu jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploataowanie zastępczego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku wysoce specjalistycznego aparatu densytometrycznego.

**ODP.: TAK**

4. Dotyczy załącznika nr 5, Zestawienia wymaganych parametrów technicznych pkt 9

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że listę kontrolną czynności wykonywanych w czasie poszczególnych przeglądów Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć przy dostawie aparatu.

**ODP.:TAK**

5. Dotyczy załącznika nr 5, Zestawienia wymaganych parametrów technicznych pkt 56

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wyłącznie wykonania projektu osłon stałych. Wyjaśniamy, iż w przypadku densytometru nie ma obowiązku instalowania w pomieszczeniu osłon stałych.

**ODP.:TAK**

7. Dotyczy załącznika nr 5, Zestawienia wymaganych parametrów technicznych pkt 56

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający udostępni w ciągu 3 dni pełną dokumentację budowlaną pomieszczenia, w którym będzie instalowany aparat oraz dokumentację wentylacji pomieszczenia z pomiarami wydajności.

**ODP.: Zamawiający udostępni posiadaną dokumentację.**

6. Dotyczy Załącznika nr 5, Zestawienia wymaganych parametrów technicznych pkt 2

Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej i wykreślenie „*głowice*”. W aparatach densytometrycznych nie występują głowice.

***ODP.: Zamawiający koryguje oczywista pomyłkę***

7. Dotyczy Załącznika nr 5, Zestawienia wymaganych parametrów technicznych, pkt 9  
Prosimy o potwierdzenie, że listę kontrolną należy dołączyć z dostawą systemu.

***ODP.:TAK***

8. Dotyczy Załącznika nr 5, Zestawienia wymaganych parametrów technicznych, pkt 22  
Prosimy o dopuszczenie densytometru, którego dawka promieniowania dla całego ciała wynosi 0,012mGy (12μGy)

***ODP.:TAK***

9. Dotyczy Załącznika nr 5, Zestawienia wymaganych parametrów technicznych, pkt 58  
Prosimy o rezygnację z wykonania testów specjalistycznych. Informujemy, że uruchomienia densytometru w pracowni nie są wymagane testy specjalistyczne.

***ODP.:TAK***

***W związku z powyższym i na prośbę wykonawcy zamawiający wyznacza termin składania ofert na dzień 8.11.2021r. Godzina składania ofert i otwarcia nie ulegają zmianie.***

***Udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia korygują oraz stanowią integralną część załączników, zapisów SWZ i ogłoszenia.***

Końskie 05.11.2021r.

Za-Dyrektora  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Końskich

mgr. inż. Jerzy Grodzki

Sporządził  
Łukasz Maciążek