

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym nr 2021/BZP 00256575/01 z dnia 2021-11-04 oraz na stronie internetowej www.zoz.konskie.bip.org.pl

Dot.: Dostawa i uruchomienie lasera okulistycznego

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

I.

Czy Zamawiający dopuści laser okulistyczny o poniższych parametrach:

Zastosowanie: selektywna laserowa trabekuloplastyka, kapsulotomia, irydotomia

IV klasa bezpieczeństwa lasera

CHARAKTERYSTYKA MODUŁU SLT:

Typ lasera: Nd:YAG Q-Switched o podwojonej częstotliwości

Długość fali - 532 nm

Emitowana energia regulowana w zakresie 0,2 – 2,6 mJ na jeden impuls, z płynną regulacją co 0,1 mJ

Czas trwania impulsu max. 3,0 ns

Wielkość ogniska plamki 8 µm

Kąt padania wiązki max.3 stopnie

Częstotliwość repetycji min. 2Hz

Chłodzenie powietrzem

Wielkość spotu od 400 do 420 mikrometrów

Kontrola energii wiązki roboczej po każdej ekspozycji dla modułu SLT

Ekspozycja wiązki roboczej uruchamiana przyciskiem umieszczonym w joysticku lampy szczelinowej

CHARAKTERYSTYKA LASERA Nd:YAG Q-switch:

Typ lasera: Nd:YAG

Długość fali - 1064 nm

Zakres emitowanej energii 0,2 – 10 mJ

Czas trwania impulsu max. 4,0 ns

Wielkość ogniska plamki 8 µm

Kąt padania wiązki max.16 stopni

Q-switched

Możliwość uzyskania dokładnego odsunięcia ogniska lasera roboczego w stosunku do ogniska wiązek

celujących lasera diodowego (OFFSET) od -500 µm do +500 µm

Chłodzenie powietrzem

LASER CELOWNICZY:

Typ lasera: diodowy, dwa punkty celownicze

Laser celowniczy: zielony

LASEROWA LAMPA SZCZELINOWA:

Oświetlenie koaksacyjne – współogniskowo z optyką mikroskopu

Min. 5 powiększeń

Możliwość mocowania attachmentu lasera siatkówkowego zielonego 532nm lub żółtego 577nm

WYPOSAŻENIE:

Filtry bezpieczeństwa wbudowane w torze optycznym

Stolik elektryczny pod laser

Attachment pozwalający na montaż i działanie konsoli laser siatkówkowego (opcjonalnie)

ODP.: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. Opisane parametry SWZ odpowiadają potrzebę zamawiającego.

Końskie 09.11.2021r.

Za-Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Końskich

mgr. inż. Jerzy Grodzki

Sporządził
Łukasz Maciążek