

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym nr 2021/BZP 00075689/01 z dnia 2021-06-08 oraz na stronie internetowej www.zoz.konskie.bip.org.pl

Dot. Sukcesywne dostawy przez okres 12 miesięcy środków dezynfekcyjnych i ogólnoszpitalnych wg. zad. 1-6

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

I.**Dotyczy zadania 2 poz. 1 i 1a**

Prosimy o dopuszczenie do oceny profesjonalnej hipoalergicznej emulsji do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk na bazie kwasu kokosowego i gliceryny o neutralnym dla skóry pH 5.0-5.5. Bez zawartości mydła. Emulsja może być stosowana przez osoby u których stwierdzono kontaktowe zapalenie skóry (test hypoalergii) oraz w pielęgnacji pacjentów obłożnie chorych i profilaktyce odleżyn.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do oceny proponowanego preparatu.

Zamawiający wymaga preparatu zgodnego z opisem zawartym w SIWZ.

Dotyczy zadania 2 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekcyjnego, zawierający dwie substancje aktywne w postaci alkoholu etylowego i propylowego. Pielęgnujący skórę o pH 5,5, przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk. Bez zawartości chlorheksydyny, o przedłużonym działaniu. Zakres działania: B, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV), rota, wirus opryszczki. Opakowanie przystosowane do dozowników typu Dermados.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do oceny proponowanego preparatu.

Zamawiający wymaga preparatu zgodnego z opisem zawartym w SIWZ.

Dotyczy zadania 2 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w postaci żelu przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład etanol- 72,5 g, propan-2-ol-7,5 g. np. Velodes żel. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz substancje nawilżające w postaci witaminy E, pantenolu i bisabosolu oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. O znacznie szerszym spektrum działania: B (MRSA), Tbc(M. Terrae, M. Avium), grzyby (Candida i Aspergillus) oraz V(HIV, HBV, HCV), BVDV, rota, noro, Polio w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Dezynfekcja higieniczna wg EN1500:1x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN12791 1x3ml w czasie 2x90 sekund. Produkt biobójczy. Przebadany dermatologicznie.

Opakowanie a 500ml, przystosowane do dozowników typu Dermados.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do oceny proponowanego preparatu.

Zamawiający wymaga preparatu zgodnego z opisem zawartym w SIWZ.

II.**Pytanie 1 – do Formularza cenowego – Załącznik nr 2 (Zadanie nr 4, poz. 1)**

Prosimy o dopuszczenie preparatu płynnego słabo pieniącego, neutralnego środka dezynfekcyjnego o działaniu bakterioobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym zawierającym w swoim składzie 10,5 g aldehydu glutarowego. Szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów; nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Środek kompatybilny wraz ze środkiem myjącym wykazuje w procesie dekontaminacji aktywne działanie na spory Clostridium difficile. Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi producentami endoskopów. Kompatybilny ze wszystkimi myjniemi automatycznymi Opakowanie – kanister 5 L.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga środka do dezynfekcji zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

Pytanie 2 – do Formularza cenowego – Załącznik nr 2 (Zadanie nr 4, poz. 2)

Prosimy o dopuszczenie płynnego, alkalicznego środka do mycia endoskopów elastycznych wszystkich wiodących producentów. Umożliwiającego mycie manualne i maszynowe endoskopów elastycznych oraz wyposażenia endoskopowego, w stężeniu od 0,5 % do 3% w temperaturze do 60°C. pH robocze roztworu

wynosi 11,0. Środek na bazie związków alkalicznych - enzymów i środków powierzchniowo czynnych. Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi producentami endoskopów . Opakowanie – kanister – 5L.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatu zgodnego z opisem zawartym w SIWZ.

Pytanie 3 – do Formularza cenowego – Załącznik nr 2 (Zadanie nr 4, poz. 4)

Prosimy o dopuszczenie preparatu o PH wynoszącym 11, środek na bazie związków alkalicznych - enzymów i środków powierzchniowo czynnych. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatu zgodnego z opisem zawartym w SIWZ.

III.

Pytanie nr 1

Prosimy o modyfikację par. 4 ust. 1 lit. c wzoru umowy na następujący: "za zwłokę w wymianie asortymentu w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 3, w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu reklamacji za każdy dzień zwłoki".

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

IV.

Dotyczy Zadania 6, punkt 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 6 punkcie 1 środka dezynfekująco-odbiałczającego do dezynfekcji uzdatniacza wody WRO- 62 w kanistrach po 5 litrów, 8 sztuk, zgodnie z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie środka dezynfekująco – odbiałczającego do dezynfekcji uzdatniacza wody WRO-62 w kanistrach po 5 litrów, w ilości 8 sztuk.

Pismo w dniu dzisiejszym zamieszczono na stronach

<https://zoz-konskie.bip.org.pl/>

<https://miniportal.uzp.gov.pl>

Końskie 11.06.2021r

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Końskich

Dr n. med. Wojciech Przybylski

Sporządził
Łukasz Maciążek