

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym nr Ogłoszenie nr 2022/BZP 00348924/01 z dnia 2022-09-15 oraz na stronie internetowej www.zoz.konskie.bip.org.pl

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Dostawa fabrycznie nowego samochodu ambulans transportowy A2

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski dotyczące treści zapisów SWZ informuje :

I.

1. Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności noszy monoblokowych posiadających inne rozwiązanie niż opisane przez Zamawiającego a polegające na zastosowaniu dwóch kótek jezdnych wyposażonych w hamulce. Rozwiązanie to nie zmienia funkcjonalności noszy.

ODP.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie na zasadzie równoważności noszy monoblokowych.

II.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans posiadający na prawej ścianie jedno obrotowe o kąt 90 stopni miejsce siedzące (fotel) wyposażone zgodnie z opisem w SWZ oraz drugie miejsce siedzące w postaci fotela kardiologicznego z najazdem , który jest mocowany do podłogi ?

Wyjaśniamy, że posiadamy ambulans zabudowany w w/w konfiguracji, a koszty demontażu fotela oraz modyfikacji zabudowy musiałby być doliczone do ceny oferty, co jest porównywalne z ceną zabudowanego fotela.

Powyższe rozwiązanie jest bardziej korzystne, gdyż Zamawiający zyskuje dodatkowo jedno miejsce siedzące w ambulansie oraz pacjent może być na fotelu transportowany do/z ambulansu.

ODP.: Tak zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie.

III.

1. Prosimy o dopuszczenie zabudowy z zestawem szafek i półek jedynie na lewej ścianie przedziału medycznego.

ODP.: Tak. Zamawiający dopuszcza zabudowy z zestawem szafek i półek jedynie na lewej ścianie przedziału medycznego.

2. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający w punkcie 35. ma na myśli schowek na butlę 10l w zabudowie meblowej.

ODP.: Tak. Zamawiający w punkcie 35. nie precyzuje wymagań, a wykonawca może zaoferować schowek na butlę 10l w zabudowie meblowej.

3. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga elementów systemu SWD PRM.

ODP.: Zamawiający potwierdza, że nie wymaga elementów systemu SWD PRM.

4. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga uchwytu do radiotelefonu oraz instalacji antenowej.

ODP.: Zamawiający potwierdza, że wymaga uchwytu do radiotelefonu oraz instalacji antenowej.

5. Prosimy o dopuszczenie folii odblaskowej zarówno niebieskiej, jak i czerwonej, zamiast folii mikropryzmatycznej, co znacznie zmniejszy koszt oferty.

ODP.: Tak. Zamawiający dopuszcza użycie folii odblaskowej zarówno niebieskiej, jak i czerwonej, zamiast folii mikropryzmatycznej

6. Prosimy o dopuszczenie zabudowy z fotelem obrotowym oraz fotelem kardiologicznym z rampą najazdową na prawej ścianie oraz fotelem montowanym na stałe na ścianie działowej.

ODP.: Tak. Zamawiający dopuszcza zabudowy z fotelem obrotowym oraz fotelem kardiologicznym z rampą najazdową na prawej ścianie oraz fotelem montowanym na stałe na ścianie działowej.

7. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga przeglądów okresowych zabudowy medycznej wliczonych w cenę oferty.

ODP.: Zamawiający nie precyzuje wymagań, wykonawca może zaoferować przeglądy okresowe zabudowy medycznej wliczone w cenę oferty.

Udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia korygują oraz stanowią integralną część załączników, zapisów SWZ i ogłoszenia.

Pismo w dniu dzisiejszym zamieszczono na stronach

<https://zoz-konskie.bip.org.pl/>

<https://miniportal.uzp.gov.pl>

Końskie 20.09.2022r.

Za-Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki

Sporządził
Łukasz Maciążek