

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym nr Ogłoszenie nr 2022/BZP 00396997/01 z dnia 2022-10-18 oraz na stronie internetowej www.zoz.konskie.bip.org.pl

**Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Dostawy sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowodowego tj : Cystoskopy giętkie wg zadania nr 1 .
Urządzenia NIPS (Network Intrusion Prevention System) – kpl. 1 wraz z Urządzeniem sBDS (server breach detection system) – kpl.1 wg zadania 2**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski dotyczące treści zapisów SWZ informuje :

I.

1. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 1, w punkcie 14 - Średnica zewnętrzna wziernika – 5,3 mm? 0,1 mm jest znikomą różnicą, nie wpływającą na komfort i bezpieczeństwo Pacjenta.

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

2. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 1, w punkcie 15 - Kąt obserwacji - 100°? Różnica 10°, jest znikomą różnicą, nie wpływającą na komfort pracy Operatora, ani skuteczność przeprowadzania procedury.

Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie.

II.

Pytanie 1

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu do poniższego:

Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i wolny od wad, że może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem opisanym w ofercie i instrukcji obsługi , w ramach wartości umowy Wykonawca udziela pełnej gwarancji **na warunkach dostarczonej karty gwarancyjnej** wraz z obsługą serwisową przez minimum 24 miesiące, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru.

ODP.: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zapisy.

Pytanie 2

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu do poniższego:

„Gwarancja obejmuje w ramach ceny wymianę wszystkich zużytych lub uszkodzonych (**mimo właściwej eksploatacji**) podzespołów i części (pakietów serwisowych), celem przywrócenia pełnej sprawności urządzeń, oraz:

- pełną bezpłatną **gwarancyjną** obsługę serwisową oferowanego sprzętu, w tym naprawy i przeglądy techniczne wymagane przez producenta aparatu. Naprawa będzie wykonywana bezpośrednio po zgłoszeniu przez użytkownika nieprawidłowości w działaniu urządzenia.
- wady materiałowe i konstrukcyjne oraz wykonawstwo,
- usunięcie uszkodzenia do 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii **bądź dostarczenia urządzenia do serwisu Wykonawcy- w okresie gwarancji na jego koszt** (naprawa wykonywana bezpośrednio po zgłoszeniu przez użytkownika nieprawidłowości w działaniu urządzenia), **lub w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia**

bądź dostarczenia do serwisu Wykonawcy, w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy.

- w czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy, ***co wyłącza możliwość nalicza kary umownej za ew. zwłokę***
- trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy, nieużywany.

ODP.: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zapisy.

Pytanie 3

Dotyczy warunków umowy § 4

Prosimy o ujęcie dodatkowego ustępu o poniższej treści:

„Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar”

ODP.: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zapisy.

Pytanie 4

Dotyczy załącznika nr 5, zadanie 1 pkt. 3 tabeli

Prosimy o dopuszczenie i uznanie za równoważne z obecnym wymogiem (TAK-30 pkt) poniższego rozwiązania:

„Gwarancja 24 miesiące + ubezpieczenie od uszkodzeń mechanicznych na okres 60 m-cy (tzw. Endocasco), w tym:

-pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym naprawę uszkodzeń mechanicznych (np.: zalanie endoskopu, stłuczenie soczewki, przebicie kanału , zgniecenie pancierza.).

Naprawa wykonana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika”

ODP.: Zamawiający wyraża zgodę na cytowane rozwiązanie równoważne.

Udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia korygują oraz stanowią integralną część załączników, zapisów SWZ i ogłoszenia.

Pismo w dniu dzisiejszym zamieszczono na stronach

<https://zoz-konskie.bip.org.pl/>

<https://miniportal.uzp.gov.pl>

Końskie 24.10.2022r.

Za-Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki

Sporządził
Łukasz Maciążek