

Firmy biorące udział w postępowaniu opublikowanym w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej nr 2021/S 153-406343 z dnia 10.08.2021r. i na stronie internetowej [https:// http://zoz-konskie.bip.org.pl/](https://http://zoz-konskie.bip.org.pl/) prowadzanego na [https://platformazakupowa.pl/pn/zoz\\_konskie](https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_konskie)

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa Tomografu Komputerowego**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

**I. Treść wniosku :**

1. Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ - Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych i parametry oceniane, C. Wyposażenie, 2. Automatyczny dwugłowicowy wstrzykiwacz środka cieniującego oraz Odpowiedzi z dnia 02.09.2021 – IV. Pytanie 1 „Czy zamawiający będzie wymagał aby wstrzykiwacz był przystosowany do pracy na wkładach jednorazowego jak i wielorazowego użytku z minimalnym okresem użytkowania wkładu wielorazowego 12 godzin bez limitu wykonanych iniekcji? Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoli zamawiającemu optymalnie zarządzać kosztami materiałów zużywalnych i dostosowywać je do ilości zaplanowanych badań. Odpowiedź: Tak.

Prosimy o dopuszczenie bezwkładowego wstrzykiwacza, który pracuje przy użyciu materiałów wielorazowego użytku, tj. wężyków pompy o minimalnej gwarantowanej sterylności 24h oraz jednorazowych wężyków pacjenta, które wymieniane są po zakończeniu badania u każdego pacjenta. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że Zamawiający dopuścił nasz wstrzykiwacz w odpowiedziach z zestawu II – pytanie 1.

**Odpowiedź: Tak.**

**Udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia korygują oraz stanowią integralną część załączników i zapisów SWZ**

Pismo w dniu dzisiejszym zamieszczono na stronach <http://zoz-konskie.bip.org.pl/> oraz [https://platformazakupowa.pl/pn/zoz\\_konskie](https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_konskie)

Z-ca Dyrektora  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki