

DSUiZP 24/JK/155/2023

## Ogłoszenie o zamówieniu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i udziału w postępowaniu dotyczącym:

Dostawa generatora termolezji wraz z dwoma leżankami dla potrzeb ZOZ w Końskich

na poniżej opisanych warunkach:

- 1) Opis przedmiotu zamówienia oraz jego wielkość lub zakres: **Dostawa generatora termolezji wraz z dwoma leżankami**

	Parametr wymagane
1	Aparat przeznaczony do zabiegów termolezji jedno i wieloelektrodowej
2	Możliwość wykonywania lezji w min. 4 punktach jednocześnie oraz w regulowanych odstępach czasu. Aparat z wbudowanymi min 4 gniazdami do podłączenia elektrod z niezależną kontrolą każdej elektrody.
3	Możliwość wykonania pulsacyjnej lezji epiduralnej za pomocą jednorazowej elektrody o długości 40 lub 66 cm
4	Rodzaje termolezji będące na wyposażeniu aparatu min. ciągły, pulsacyjny
5	Minimum dwa rodzaje elektrod roboczych jednorazowych : standardowe wkładane do kaniuli oraz kaniulo-elektrody z drenem do podania leku , w minimum trzech długościach każda
6	Termolezja ciągła: temperatura automatyczna regulowana w zakresie min. 37-95 st.C moc regulowana w zakresie min. 0-50 W
7	Termolezja pulsacyjna: częstotliwość regulowana w zakresie min. 1-10 Hz, długość fali regulowana w zakresie min. 2-30 ms
8	Częstotliwość robocza min. 460 kHz
9	Regulacja czasu trwania lezji w zakresie min. 5 s – 30 min.
10	Automatyczna kontrola temperatury elektrod – zakres pomiaru temperatury do min. 105 st.C
11	Stymulacja: czuciowa i motoryczna, kontrola ręczna lub automatyczna, częstotliwość: 2–200 Hz, długość fali 0,1–3 ms, regulacja napięci: 0-3 V, regulacja natężenia: 0-10 mA
12	Zapis danych pacjenta
13	Zapis ustawień procedur dla wielu operatorów
14	Wyświetlacz kolorowy, dotykowy LCD o min. przekątnej 12” umożliwiający wybór opcji generatora i ustawiania parametrów pracy aparatu
15	Wskaźnik na ekranie wartości napięcia, prądu, temperatury, czasu i mocy dla każdej ze stosowanych elektrod jednocześnie
16	Zapis danych w pamięci wewnętrznej z możliwością zgrania na nośniku USB
17	Możliwość zapisywania zrzutu ekranu w formacie JPEG w wewnętrznej pamięci urządzenia lub zewnętrznej pamięci USB
18	Wyposażenie aparatu:
19	kabel do podłączenia wielorazowej elektrody roboczej - 2 szt.
20	Elektroda robocza wielorazowa, długość 10cm – 4 szt.
21	Kaseta do sterylizacji elektrody - 4 szt.
22	Kaniuła jednorazowa prosta, długość 10cm, długość końcówki roboczej 10mm, średnica 20G – 20 sztuk
23	Leżanka automatyczna 1 szt. : Konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym
24	Stół dwu sekcyjny, segment leża ( stały), segment zagłówek wykonane z pianki poliuretanowej pokrytej tapicerką bezszwową odporną na działanie środków dezynfekujących i promieni UV
25	Tapicerka dopuszczona do stosowania w placówkach służby zdrowia, posiadająca atest niepalności
26	Elektryczna regulacja wysokości za pomocą silnika regulowanego pilotem ręcznym lub nożnym do wyboru przez zamawiającego
27	Zakres regulacji wysokości leża 540 do 945 mm
28	Regulacja zagłówek za pomocą silnika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym lub nożnym do wyboru przez zamawiającego
29	Zakres regulacji zagłówek +43° do -74°

33	Całkowita długość ok 1960 mm , szerokość leża ok 700mm
34	Maksymalne dopuszczalne obciążenie 250 kg
35	Na ramie stołu znajdują się uchwyty do montowania pasów
36	Stół wyposażony w uchwyt na papier jednorazowy
37	Stół wyposażony w barierki
38	Rok produkcji nie wcześniej niż 2023
39	Stół rehabilitacyjny: WYKONANIE: - stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na biało; na stopkach nastawnych z możliwością poziomowania, wykonanych z elastycznego materiału o bardzo dużej wytrzymałości, zapewniających doskonałe przyleganie do twardych podłoży eliminując efekt poślizgu - leże dwusegmentowe, tapicerowane; zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego: +45, z uchwytem na prześcieradło
40	Wymiary: 1850x560x500 mm (+/- 50 mm) [długośćxszerośćxwysokość] Długość zagłówka: 500 mm (+/- 50 mm) Grubość leża: 50 mm (+/- 30 mm)

- 2) Termin wykonania zamówienia: **do 2 miesięcy od daty podpisania umowy,**
- 3) Termin płatności: **odroczone rozłożone na 4 równe miesięczne raty, pierwsza płatna w terminie 30 dni od realizacji zamówienia**
- 4) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: **Nie dotyczy**
- 5) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: **Nie dotyczy**
- 6) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: **Oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawca, przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego, tj. za pomocą poczty elektronicznej e-mail: [jkruk@zoz.konskie.pl](mailto:jkruk@zoz.konskie.pl).**
- 7) Wykonawca może zadawać pytania dotyczące niniejszego postępowania. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wniesione w terminie do dnia 23.10.2023 roku do godz. 11:30.
- 8) Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: **Nie dotyczy**
- 9) Termin związania ofertą: **do 30 dni od daty złożenia oferty**
- 10) Opis sposobu przygotowywania ofert: **Oferta winna zawierać następujące dokumenty:**
  - a) **Formularz oferty – załącznik numer 1;**

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment odpowiada warunkom zawartym w zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami. Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia w/w dokumentów w toku badania i oceny ofert.
- 11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: **Oferty należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [jkruk@zoz.konskie.pl](mailto:jkruk@zoz.konskie.pl) (dokument wydrukowany, podpisany i zeskanowany lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby/ę uprawnione/ą do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy); w terminie do dnia 25.10.2023 roku do godziny 11:00, z dopiskiem w tytule wiadomości – Postępowanie na dostawę generatora termolezji. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11:15.**
- 12) Opis sposobu obliczenia ceny: **Cena przedmiotu zamówienia powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją niniejszego zamówienia. Cena musi uwzględniać wymagania zaproszenia oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cenę musi być wyrażona w polskich złotych. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną**

- 13) Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z max dwoma Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze cenowo oferty, a także zamknięcie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
- 14) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: **CENA – 100%**.
- 15) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
  - a) została złożona po terminie składania ofert,
  - b) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,
  - c) Wykonawca nie złożył dokumentów wymaganych w Ogłoszeniu,
  - d) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  - e) została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
- 16) Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
  - a) nie złożono żadnej oferty,
  - b) wszystkie oferty podlegają odrzuceniu,
  - c) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej,
  - d) postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy,
  - e) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.
- 17) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: **Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku do Ogłoszenia z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.**
- 18) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: **Nie dotyczy**
- 19) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: **Załącznik do Ogłoszenia – Projekt umowy**
- 20) Zastosowanie aspektów społecznych: **Nie dotyczy**
- 21) Informacja RODO - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej RODO) informujemy, że:
  - 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w ;
  - 2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: [mkalita@zoz.konskie.pl](mailto:mkalita@zoz.konskie.pl);

- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
  - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
  - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
  - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
  - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
  - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych ZOZ w Końskich.

**Zastępca Dyrektora**  
**ZATWIERDZAM**  
Zespołu Medycyny Technicznych  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

*Sic*  
**Jakub Sienkiewicz**

**KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO**