

Firmy biorące udział w postępowaniu opublikowanym
w BZP e – Zamówienia: ogłoszenie nr2021/BZP
00190430 z dnia 2021-09-23 i na stronie
internetowej [https:// www.zoz.konskie.bip.org.pl](https://www.zoz.konskie.bip.org.pl) ,
<https://miniportal.uzp.gov.pl/>

**Dot: przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy przez okres 12 miesięcy
wyrobów medycznych do dializy nerkowej wg zada 1-8**

**Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski
dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :**

I

Pakiet 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie jako alternatywnego zestawu o poniższym opisie:

START:

Serweta z laminatu (folia PE + celuloza) 50x35cm 1szt.

Kompresy z włókniny bawełnianej 7,5x7,5cm 4szt.

Przylepiec włókninowy zabezpieczony warstwą papierową z perforacją 2x15cm 2szt.

Opatrunek do mocowania wkłuc 6x8cm z dodatkowym padem włókninowym pakowana dodatkowo w opakowanie papierowo-
foliowe 2szt.

Rękawice nitylowe z teksturowaną powierzchnią rozmiar M 2szt.

END I:

Kompresy z włókniny bawełnianej 7,5x7,5cm 4szt.

Plaster typu Pushban 3,8x7,2cm 2szt.

Rękawice nitylowe teksturowane rozmiar M 2szt.

Rękawica nitylowa teksturowana rozmiar L 1szt.

Opakowanie typu blister z podwójną etykietą samoprzylepną zawierającą m.in. numer referencyjny, datę ważności i numer lot,
dane producenta oraz kod kreskowy. Start i End pakowane osobno, z podaniem ceny za komplet.

ODP: Tak. Zamawiająca dopuszcza w/w zestaw.

Pytania dot. projektu umowy:

1. Wnosimy o wykreślenie § 6 projektu umowy. **UZASADNIENIE:** Zgodnie z art. 552 ustawy Kodeks Cywilny w zw. z art. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Praw zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) celem przepisu zawartego w Kodeksie Cywilnym, który zgodnie z poglądem doktryny stanowi *lex specialis* w stosunku do art. 490 KC (*S. Buczkowski*, w: Komentarz KC, t. II, 1972, s. 1281; *C. Żuławska*, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 2011, s. 50–51; *Z. Gawlik*, w: *Kidyba*, Komentarz KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 93; *Z. Banaszczyk*, w: *Pietrzykowski*, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 298; *J. Jezioro*, w: *Gniewek, Machnikowski*, Komentarz KC, 2014, s. 1112; wyr. SA w Szczecinie z 9.10.2013 r., I ACa 364/13) jest minimalizacja ryzyka po stronie Wykonawcy zobowiązanego do wcześniejszego spełnienia świadczenia, zaś zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny jest efektem naruszenia przez niego podstawowego obowiązku zapłaty ceny, wynikającego z art. 535 KC. Mając powyższe na uwadze niezasadnym wydaje się przystanie przez Wykonawcę na propozycję ograniczenia jego uprawnienia.

ODP: Nie, Ponieważ zgodnie z § 6 projektu umowy Strony ustalają, że nieterminowe regulowanie należności przez Zamawiającego za dostarczony przedmiot umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku dalszych

terminowych dostaw, chyba, że wiarygodności Zamawiającego względem Wykonawcy przekroczą 10 dniowy okres po 30 dniowym terminie płatności.

2. Wnosimy o modyfikację § 9 projektu umowy poprzez dodanie ust. 4 o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” **UZASADNIENIE:** Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. brakiem możliwości zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki VAT, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

ODP: Nie, ponieważ zgodnie z § 9 ust 2 ppkt e) projektu umowy: „W razie zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku od towarów i usług, strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w celu dostosowania jej treści do wprowadzonych zmian tj. cena jednostkowa brutto dostarczonego asortymentu oraz wartość umowy brutto podlega automatycznej waloryzacji, uwzględniającej zmianę wielkości podatku od towarów i usług – VAT. Powyższa zmiana obowiązuje od dnia wprowadzenia urzędowej zmiany stawki VAT i nie wymaga zachowania formy pisemnej – aneksu”

3. Wnosimy o modyfikację § 9 projektu umowy poprzez dodanie ust. 5 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” **UZASADNIENIE:** Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

ODP: Nie, zgodnie z § 9 ust 2 ppkt g) projektu umowy: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu euro w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

II

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 7 cewników naczyniowych dwukanałowych do hemodializy krótkoterminowej w dostępnych długościach: poz. 1) 150, 200 i 240mm; poz. 2) 150 i 200mm.

ODP: Tak Zamawiający dopuszcza w/w długości .

III

Pytanie nr 1 – dotyczy zapisów SWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku braku w ofercie lub załączenie niekompletnych przedmiotowych środków dowodowych, Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia dokumentów zgodnie z art. 107.2. ustawy pzp.

ODP: Zgodnie z art. 107.2. ustawy PZP: „Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne , zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.”

Pytanie nr 2 – dotyczy Zadania nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu typu ProcedurePack?



Skład:

Ilość

Część A: START

- Plaster włókninowy 2,5 x 15,5cm, 2 paski
- Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm, 4w
- Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe M
- Serweta podfoliowana Hospidrape 38x45cm

3
6
2
1



Część B: STOP

- Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 5x7cm	2
- Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm, 4w	4
- Rękawiczka winyl bezpudrowe L	1
- Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe M	2

Komponenty części A i B umieszczone w oddzielnych opakowaniach papierowo-foliowych połączonych perforacją

ODP: Tak Zamawiający wyraża zgodę na w/w zestaw.

IV

ZADANIE NR 4

1. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do dializ o następującym składzie:

Podłączenie

- 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M
- 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 37,5 cm x 45 cm
- 4 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm
- 2 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 6 cm x 7 cm (zapakowany)
- 4 x (2 x 2szt.) przylepiec włókninowy podtrzymujący ok. 1,25 cm x 15 cm

Rozłączenie

- 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M
- 1 x pojedyncza rękawiczka diagnostyczna nitrylowa dla pacjenta, rozmiar M
- 4 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm
- 2 x samoprzylepny opatrunek chłonny 5 cm x 7,2 cm, (zapakowany)

Opakowanie:

Opakowanie miękkie (papier-folia) typu blister „2 w 1” (Podłączenie + Odłączenie), dzięki czemu sterylność procedury zostaje zachowana na obydwu jej etapach. Komponenty potrzebne przy „Odłączeniu” są dodatkowo zapakowane.

ODP : Tak Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

PROJEKT UMOWY

2. § 1, ust. 5- wnosimy o zmianę zapisów umowy poprzez wpisanie gwarantowanego minimum poziomu realizacji przedmiotu zamówienia na poziomie 70%

Zrezygnowanie przez Zamawiającego z określenia minimalnej wysokości realizacji umowy i przyjęcie dowolności w tym zakresie, stanowi dla potencjalnego Wykonawcy niepewność obrotu gospodarczego. W przedmiotowym postępowaniu można dostrzec dysproporcję między świadczeniami Zamawiającego i Wykonawcy, przy czym ten pierwszy przyjmuje pozycję dominującą, znacznie ograniczając prawa Wykonawcy. W owym stosunku to Wykonawca będzie ponosił znaczące ryzyko realizacji zamówienia; po pierwsze, w zakresie obowiązku zabezpieczenia realizacji umowy, a po drugie – zabezpieczenia swojej odpowiedzialności przewidzianej w umowie i w przepisach prawa. Rażąca dysproporcja między stronami, może stanowić podstawę naruszenia zasad współżycia społecznego.

1. **ODP : Zamawiający planuje zrealizować zamówienie w 100%. Ponadto Zamawiający w § 12 „zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu obowiązywania umowy aneksem do czasu pełnej realizacji ilości zawartych w formularzach cenowych (nie dłużej jednak niż zezwalają na to przepisy Prawa Zamówień Publicznych) z uwzględnieniem postanowień §9 ”**

V

Pakiet nr 1

Pyt. 1 – Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty zgodzi się na składanie ofert częściowych w zakresie pakietu nr 1 tj. część 1 składająca się z pozycji nr 1 „linie tętniczo-żyłne do aparatu Braun Dialog” oraz część 2 składająca się z pozycji nr 2, 3, 4 „dializatory”?

ODP : Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 2 – Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycji 1 dopuści linie bez systemu zapobiegającemu pienieniu się krwi – „wiatraczek” w jeziorce linii żyłnej i tętniczej, pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

ODP : Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 3 – Czy Zamawiający z poz. 2 dopuści: dializator niskoprzepływowo z błony polieterosulfon (PES), o powierzchni 1,4 m², sterylizowany radiacyjnie, powierzchnia ultrafiltracji 21 ml/h x mmHg?

ODP : NIE. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SWZ

Pyt. 4 - Czy Zamawiający z poz. 2 dopuści: dializator niskoprzepływowo z błony polieterosulfon (PES), o powierzchni 1,6 m², sterylizowany radiacyjnie, powierzchnia ultrafiltracji 23 ml/h x mmHg?

ODP : NIE. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SWZ

Pyt. 5 - Czy Zamawiający z poz. 3 dopuści: dializator niskoprzepływowo z błony polieterosulfon (PES), o powierzchni 1,8 m², sterylizowany radiacyjnie?

ODP: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SWZ

Pyt. 6 - Czy Zamawiający z poz. 4 dopuści: dializator niskoprzepływowo z błony polieterosulfon (PES), o powierzchni 2,2 m², sterylizowany radiacyjnie, powierzchnia ultrafiltracji 33 ml/h x mmHg?

ODP: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SWZ

VI

Dotyczy Zadania 1 p.1:

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie co miał na myśli Zamawiający, opisując wymóg systemu zapobiegania pienieniu się krwi – „wiatraczek” oraz zaoferowanie dotychczas dostarczanych linii krwi, kompatybilnych z aparatem sztucznej nerki Dialog, z komorą kroplową, odpowiadającą za wyłapywanie pęcherzyków powietrza na linii żyłnej. Pozostałe parametry są zgodne z wymogami Zamawiającego

ODP: Część pierwsza pytania: "Wiatraczek" inaczej "zawiroownik" czy też "końcówka" powodująca proces oddzielenia się warstwy osocza od krwinek czerwonych co ostatecznie zapobiega pienieniu się krwi i tworzeniu zakrzepów.

Cz. druga pytania: Wyraża zgodę na zaoferowanie dotychczasowych linii.

Dotyczy Zadania 1 p.2:

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o możliwość zaoferowania w zakresie Zadania 1 p.2 dializatorów o powierzchni 1,4 m², niskoprzepływowych, z membraną Polyamix™, wykonanych z mieszanki polimerów: poliaryletersulfonu, poliwinylpirolidonu i poliamidu, sterylizowanych parą wodną? Unikalna trójwarstwowa błona zapewnia stabilne i wysokie tempo transportu oraz efektywny klirens mocznika i fosforanów. Specjalnie zaprojektowana membrana Polyamix™ minimalizuje straty kluczowych białek podczas dializy. Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

ODP: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SWZ

Dotyczy Zadania 1 p.3 oraz p.4:

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o możliwość zaoferowania w zakresie Zadania 1 p.3 oraz p. 4 dotychczas dostarczanych dializatorów o powierzchni 1,7 m² oraz 2,1 m² odpowiednio, niskoprzepływowych, z membraną Polyamix™, wykonanych z mieszanki polimerów: poliaryletersulfonu, poliwinylpirolidonu i poliamidu, sterylizowanych parą wodną? Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Zgoda na powyższe pozwoli na przystąpienie większej liczbie oferentów oraz uzyskanie lepszej oferty cenowej.

ODP: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SWZ

VII

Zadanie nr 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw, który w rozpoczęciu posiada 4 szt kompresów włókninowych 40g, 4W, rozmiar 7,5 x 7,5 cm?

ODP: Tak. Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Zadanie nr 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw, który w rozpoczęciu posiada serwetę z dwuwarstwowego laminatu (włóknina + folia) 45g/m², w rozmiarze 50 x 35 cm?

ODP: Tak. Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Zadanie nr 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw, który w rozpoczęciu posiada przylepiec włókninowy rozmiar 2,5 x 15 cm – 2 szt?

ODP: Tak. Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Zadanie nr 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw, który w rozpoczęciu posiada dodatkowo opatrunek do kaniul włókninowy 5,8cm x 8 cm osobno zapakowany 2 szt?

ODP: Tak. Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Zadanie nr 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw, który w zakończeniu posiada dodatkowo 1 rękawicę w rozmiarze L dla pacjenta nitrylową bezpudrową (w kolorze białym)?

ODP: Tak. Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Zadanie nr 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw, który w zakończeniu posiada dodatkowo 6 szt kompresów włókninowych 40g, 4W, rozmiar 7,5 x 7,5 cm?

ODP: Tak. Zamawiający dopuszcza w/w zestaw. Reszta zgodnie z zapisami SWZ.

VIII

Pytania do projektu umowy:

1. Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

ODP: Tak. Zgodnie z zapisami umowy § 1 pkt 2 umowy.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do godziny 15:00?

ODP: Nie. Zgodnie z zapisami umowy § 1 pkt 2 umowy.

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część załączników i zapisów SIWZ

Pismo w dniu dzisiejszym zostaje zamieszczone na stronie internetowej [https:// www.zoz.konskie.pl](https://www.zoz.konskie.pl) , <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

Sporządził,
Inspektor
ds. Zamówień Publicznych
mgr Anna Drabik

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Końskich
mgr inż. Jerzy Grodzki

