

Nr sprawy: DSUIZP 252/MT/12/2019

Końskie 2019-08-01

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Nr ogłoszenia: Dz.U. 2019/S 128 - 313002 ; data publikacji: 05/07/2019 i na stronie internetowej [https:// www.zoz.konskie.pl](https://www.zoz.konskie.pl),
https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_konskie
oraz w siedzibie zamawiającego - tablica ogłoszeń

Dotyczy: Umowy nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.07.03.00-00-26-0006/17 pn. „Poprawa jakości i dostępności do usług zdrowotnych poprzez doposażenie Działu Kardiologicznego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania „7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Oś VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
Angiografu do Pracowni Hemodynamiki wraz ze zintegrowaniem hemodynamicznym kpl. 1**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

Pytanie nr 1: W udzielonych w dniu dzisiejszym odpowiedziach pominięto odpowiedź na pytanie nr 2 z części V tj. "Pytanie nr 2:

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza pozostawienie istniejącej stolarki RTG, jeżeli będzie ona spełniała założenia także dla nowego aparatu, co zostanie potwierdzone na podstawie przygotowanej przez wykonawcę dokumentacji projektu osłon radiologicznych dla zaoferowanego angiografu? Odpowiedź:..
W związku z powyższym prosimy o udzielenie odpowiedzi.

Odpowiedź:.....Tak - jeśli nie będzie uszkodzeń

Pytanie nr 2 - W udzielonych w dniu dzisiejszym odpowiedziach pominięto odpowiedź na pytanie nr 20 – dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ pkt. T.2:

2. Demontaż i utylizacja obecnie zainstalowanego systemu angiografii cyfrowej .. TAK

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z utylizacji – w takim przypadku wartość umowy i faktury będzie pomniejszona o zadeklarowaną kwotę.

Wnosimy o wskazanie okoliczności w przypadku których Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z demontażu i utylizacji obecnie zainstalowanego systemu i wskazanie w przypadku ich zaistnienia miejsca docelowego dla nowo kupowanego urządzenia.

Miejscem instancji nowo kupowanego systemu przez Zamawiającego jest miejsce po obecnie używanym systemie. Trudno nam sobie wyobrazić sytuację, w której docelowo nowo kupowany aparat stanie w miejscu nieznanym na etapie przeprowadzenia postępowania.

Oferent przy tak skonstruowanym zapisie bierze na siebie ryzyko braku zaznajomienia się z docelowym miejscem instalacji i oszacowania w sposób należy kosztów.

W związku z powyższym prosimy o udzielenie odpowiedzi.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga niedestrukcyjnego demontażu istniejącego systemu, przeniesienia go oraz ponownego uruchomienia –tj. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy w dziale Kardiologii demontażu istniejącego systemu oraz przeniesienie i zainstalowanie go w Dziale RTG – w miejsce po demontażu zainstalowanie nowo zakupionego systemu . Ponadto zamawiający oczekuje demontażu i utylizacji obecnie istniejącego systemu w dziale RTG.

Nadmieniamy że odpowiedź jest uszczegółowiona w Rozdziale II pytanie 52.

1 Prosimy o jednoznaczne określenie odnośnie konieczności utylizacji istniejącego aparatu.
Rezygnacja z demontażu do utylizacji wydłuży czas potrzebny na realizację zadania.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje:

-Demontażu angiografu Advantx na oddziale RTG i jego utylizacji

-Demontażu angiografu Innova z Pracowni Hemodynamiki z jednoczesnym przeniesieniem i montażem oraz dokonaniem niezbędnych zgłoszeń oraz odbiorów przez właściwe instytucje i przekazaniem go do użytku na oddziale RTG (w miejsce angiografu Advantx)

Wykonawca składając ofertę i wypełniając załączniki - zobligowany jest uwzględnić powyższe odpowiedzi dodając oraz modyfikując i zaznaczając zmiany w pierwotnym tekście (w pozycjach których to dotyczy)

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część załączników i zapisów SIWZ

Pismo w dniu dzisiejszym zamieszczono na stronach <http://zoz-konskie.bip.org.pl/>
oraz https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_konskie

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki

sporządził: -Tomasz Milcarz