



TMS Sp. z o. o.
02 - 952 Warszawa, ul. Wiertnicza 84,
tel.: 22 858 28 20, 22 858 28 19, faks: 22 858 28 12, e-mail: tms@tms.com.pl
KRS 0000121166, Kapitał zakładowy 210 000 PLN, udziały wpłacone
Regon: 010765516 NIP: 521-10-04-948



Lw/GK/2018/0057

Warszawa, 08.01.2019 r.

Do:

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A (budynek Adgar Plaza)
02-676 Warszawa

Odwołujący:

TMS Sp. z o.o.
ul. Wiertnicza 84
02-952 Warszawa
Fax. 22 858 28 12
tms@tms.com.pl

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej,
Ul. Gimnazjalna 41 B,
26-200 Końskie
fax (041) 39 02 319
tomasz.milcarz@zoz.konskie.pl

Dotyczy: przetargu nieograniczonego
Dostawa urządzeń medycznych wg zadań 1, 2, 3, 4 .
Numer referencyjny: DSUiZP252/MT/38/2018

Nazwa szczegółowa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń medycznych w tym: Aparat ekg z 12 odprowadzeniami szt.1, Centrala monitorująca na 4 stanowiska szt.1, Centrala monitorująca na 6 stanowisk szt.1, Kardiomonitor do central monitorujących szt. 10 Echokardiograf przenośny szt.1, Echokardiograf z sondą do badań przezprzełykowych szt.1, , Pompa infuzyjna 1-strzykawkowe szt.2 z uchwytem mocującym pompę szt.2, Respirator do wentylacji bezinwazyjnej szt.1, Angiograf do Pracowni Hemodynamiki wraz ze zintegrowaniem hemodynamicznym szt.1 – wg zadań od 1 do 4. (Dotyczy Zadania nr 4

ODWOŁANIE

Działając na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej Ustawą, Wykonawca TMS Sp. z o.o. (zwany dalej „Odwołującym”) składa odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na *Dostawę urządzeń medycznych wg zadań 1, 2, 3, 4*, dla potrzeb *Zespołu Opieki Zdrowotnej, Ul. Gimnazjalna 41 B, 26-200 Końskie*, Numer referencyjny: DSUiZP252/MT/38/2018, ogłoszonego w TED w dniu 29.12.2018 r nr ogłoszenia 2018/S 250-



576977, a polegających na wadliwym sporządzeniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiającemu zarzucamy naruszenie postanowień art. 7 ust 1 i art. 29 ust.1 i 2 poprzez:

- sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców poprzez dobór parametrów granicznych, które uniemożliwiają Odwołującemu złożenie konkurencyjnej oferty oraz w sposób preferujący konkretne rozwiązania techniczne, a nie funkcjonalne - prowadzące do osiągnięcia tego samego efektu diagnostycznego
- określenie sposobu oceny ofert w sposób sprzeczny z zasadą równego traktowania i uczciwej konkurencji, poprzez preferowanie rozwiązań określonego producenta, a nie obiektywnych walorów użytkowych i funkcjonalnych przedmiotu zamówienia
- dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób nieprecyzyjny, niejednoznaczny

W związku z powyższym wnosimy o:

- uwzględnienie niniejszego Odwołania w całości i przywrócenie zasady równego traktowania wykonawców poprzez dokonanie modyfikacji SIWZ w zakresie wszystkich podniesionych w Odwołaniu kwestii spornych

Odwołujący posiada interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte poprzez dokonanie czynności żądanych w odwołaniu, tj. jego uwzględnienie, gdyż jest jednym z potencjalnych wykonawców, który jest w stanie uzyskać to zamówienie, o ile usunięte zostaną ograniczenia konkurencyjne oraz przywrócona zostanie zasada równego traktowania wykonawców. Odwołującemu przysługuje prawo do skorzystania ze środków ochrony prawnej, zgodnie z postanowieniami art. 179 ust.1 Ustawy, gdyż jest jednym z wykonawców, który został, poprzez zapisy specyfikacji, pozbawiony możliwości uzyskania przedmiotowego zamówienia.

Niniejsze Odwołanie składamy w dniu 08.01.2019 r. tj. w ustawowym terminie przewidzianym w art.182 ust 2 pkt 1.Ustawy.

UZASADNIENIE

W dniu 29.12.2018 r., Odwołujący pobrał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ze strony internetowej Zamawiającego. Po zapoznaniu się i analizie wszystkich dokumentów SIWZ, a w szczególności Załącznika nr 5 do SIWZ (Zadanie 4 Angiograf do pracowni Hemodynamiki), Zestawienie parametrów technicznych, Odwołujący podnosi, że Zamawiający sporządził SIWZ w sposób wadliwy, Aktualne zapisy SIWZ powodują, że Wykonawca TMS Sp. z o. o., która jest autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon Medical Systems, światowego lidera produkującego między innymi angiografy, nie jest w stanie złożyć ważnej i konkurencyjnej oferty na dostawę przedmiotu zamówienia.

Przyczyną powyższej dysproporcji nie jest jakość lub funkcjonalność urządzeń produkcji Canon Medical Systems, ale naruszające zasadę konkurencji preferowanie przez Zamawiającego charakterystycznych dla jednego producenta rozwiązań technicznych, a nie funkcjonalnych, co nie ma żadnego uzasadnienia w świetle celu, jakiemu ma służyć przedmiot zamówienia.

Zamawiający określając przedmiot zamówienia ma obowiązek uwzględnić wszystkie okoliczności mające wpływ na treść specyfikacji (w szczególności wymagań technicznych) i nie ma prawa kreować wymagań nieuzasadnionych medycznie a nawet szkodliwych dla pacjenta i obsługi. Sformułowania takie stwarzają możliwość zaistnienia okoliczności utrudniania uczciwej konkurencji, czego Zamawiający nie wziął pod uwagę przygotowując Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

W myśl przepisów wynikających z dyrektywy klasycznej pkt 29 „specyfikacje techniczne (...) Muszą umożliwiać otwarcie procesu udzielania zamówień publicznych na konkurencję. Nie można mówić o zachowaniu uczciwej konkurencji w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia określony jest w sposób wskazując na konkretny produkt, przy czym produkt ten nie musi być nazwany przez zamawiającego wystarczy, że wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia określone są tak, że aby je spełnić oferent musi dostarczyć konkretne urządzenie(-a).

Nie oznacza to, że zamawiający ma obowiązek umożliwić wszystkim potencjalnym wykonawcom (nawet tym, których produkt nie spełnia podstawowych wymagań medycznych użytkownika) na złożenie oferty. Ale nie dopuszczalna jest sytuacja, gdy Zamawiający wbrew interesom pacjenta, szpitala i obsługi ustala warunki graniczne i premiuje parametry, które są szkodliwe dla pacjenta i użytkownika. Nie dopuszczalne jest np. wymaganie lamp o parametrach cieplnych typowych dla systemów wysokoenergetycznych i wysokodawkowych, operujących na niskich napięciach wbrew obowiązującemu prawu, gdy powszechnie wiadomo, o negatywnym działaniu promieniowania rentgenowskiego na zdrowie i życie ludzkie.

Zamawiający postępuje wbrew interesowi dobra publicznego, nie dbając o bezpieczeństwo pacjentów i obsługi, które są dobrem nadrzędnym ponad chęć zakupu urządzenia konkretnego producenta.

Podkreślić należy, że zmiany SIWZ, o które wnosi Odwołujący, nie prowadzą do obniżenia wymaganych parametrów i nie zmniejszają funkcjonalności przedmiotu zamówienia.

Zamawiający przeprowadzając postępowanie, opisując przedmiot zamówienia poprzez punktowanie technicznych parametrów charakterystycznych dla konkretnych rozwiązań (np. przestarzała wysokoenergetyczne i wysokodawkowe rozwiązania toru wytwarzania promieniowania, technologia pneumatycznego systemu antykolizyjnego, przestarzałe ręczne nie precyzyjne ruchy pozycjonera), a nie funkcjonalności urządzeń, również narusza zasady równego traktowania, co zaprzecza istocie procedury udzielenia zamówień publicznych, która stanowi m.in. o wyborze oferty najkorzystniejszej spośród dostępnych na rynku.

Mając na uwadze powyższe, poniżej przedstawiamy parametry, które nie mają żadnego uzasadnienia w świetle zastosowania i przeznaczenia przedmiotu zamówienia oraz naruszają zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Wyszczególnione parametry preferują sprzęt jednego producenta, mimo że nie mają technicznego uzasadnienia. Dopuszczenie innych rozwiązań, co najmniej pozostawałoby bez wpływu na wartości użytkowo—diagnostyczne oferowanego sprzętu (a w wielu przypadkach nawet polepszyłyby jakość zaoferowanego sprzętu a na pewno nie spowodowałyby premiowanie wad a nie zalet urządzenia). Ponadto parametry te uniemożliwiają złożenie ofert przez innych dostawców technologii medycznych.

Zarzuty dotyczące parametrów uniemożliwiających złożenie ważnej oferty:

Zarzut 1. Dotyczy Załącznik nr 5 – dotyczy zadania nr 4, Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych i parametry oceniane - Cyfrowy system do badań angiograficznych pkt A.3

Zamawiający wymaga:

Lp.	Parametr	Wartość wymagana - warunki graniczne	Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca)	Punktacja kryterium (parametry techniczno-eksploatacyjne) w
A.3	System składający się z: - pozycjonera, - stołu operacyjnego , - generatora RTG, - lampy RTG, - rentgenowskiego toru obrazowania, - cyfrowego systemu rejestracji obrazów.	TAK, TAK, TAK, TAK, TAK, TAK		

Opis parametru uniemożliwia Odwołującemu złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę w SIWZ wartości granicznej jak poniżej:

Lp.	Parametr	Wartość wymagana - warunki graniczne	Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca)	Punktacja kryterium (parametry techniczno-eksploatacyjne) w
A.3	System składający się z: - pozycjonera, - stołu zabiegowego , - generatora RTG, - lampy RTG, - rentgenowskiego toru obrazowania, - cyfrowego systemu rejestracji obrazów.	TAK, TAK, TAK, TAK, TAK, TAK		

Zarzut 2. Dotyczy Załącznik nr 5 – dotyczy zadania nr 4, Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych i parametry oceniane - Cyfrowy system do badań angiograficznych pkt B.12

Zamawiający wymaga:

Lp.	Parametr	Wartość wymagana - warunki graniczne	Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca)	Punktacja kryterium (parametry techniczno-eksploatacyjne) w
B.12	Ręczne (bez użycia silników) ustawienie statywu w pozycji parkingowej z wbudowanym hamulcem uruchamianym ręcznie	TAK		

Opis parametru uniemożliwia Odwołującemu złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę w SIWZ wartości granicznej jak poniżej lub rezygnację w powyższego wymogu technologicznego:

Lp.	Parametr	Wartość wymagana - warunki graniczne	Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca)	Punktacja kryterium (parametry techniczno-eksploatacyjne) w
B.12	Ustawienie statywu w pozycji parkingowej	TAK		

Zarzut 3. Dotyczy Załącznik nr 5 – dotyczy zadania nr 4, Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych i parametry oceniane - Cyfrowy system do badań angiograficznych pkt C.8

Zamawiający wymaga:

Lp.	Parametr	Wartość wymagana - warunki graniczne	Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca)	Punktacja kryterium (parametry techniczno-eksploatacyjne) w
C.8	Pochłanianność blatu pacjenta na całej długości jego przezierności nie większa niż ekwiwalent 1,4 mm AL.	TAK, podać		Pochłanianność = 1,4 mm AL - 0 pkt, pochłanianność < 1,4 mm AL i > 0,9 mm AL - 1 pkt, pochłanianność ≤ 0,9 mm AL - 2 pkt

Opis parametru uniemożliwia Odwołującemu złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę w SIWZ wartości granicznej jak poniżej i rezygnację z punktowania cechy technologicznej:

Lp.	Parametr	Wartość wymagana - warunki graniczne	Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca)	Punktacja kryterium (parametry techniczno-eksploatacyjne) w
C.8	Pochłanianie blatu pacjenta na całej długości jego przezierności nie większa niż ekwiwalent 1,5 mm Al.	TAK, podać		

Zarzut 4. Dotyczy Załącznik nr 5 – dotyczy zadania nr 4, Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych i parametry oceniane - Cyfrowy system do badań angiograficznych pkt E.9

Zamawiający wymaga:

Lp.	Parametr	Wartość wymagana - warunki graniczne	Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca)	Punktacja kryterium (parametry techniczno-eksploatacyjne) w
E.9	Max obciążenie lampy mocą ciągłą w czasie prześwietlania [kW] (bez ograniczeń czasowych)	$\geq 3,2$ kW, podać		

Opis parametru uniemożliwia Odwołującemu złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę w SIWZ wartości granicznej jak poniżej:

Lp.	Parametr	Wartość wymagana - warunki graniczne	Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca)	Punktacja kryterium (parametry techniczno-eksploatacyjne) w
E.9	Max obciążenie lampy mocą ciągłą w czasie prześwietlania [kW] (bez ograniczeń czasowych)	≥ 2 kW, podać		

Zarzut 5. Dotyczy Załącznik nr 5 – dotyczy zadania nr 4, Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych i parametry oceniane - Cyfrowy system do badań angiograficznych pkt E.11

Zamawiający wymaga:

Lp.	Parametr	Wartość wymagana - warunki graniczne	Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca)	Punktacja kryterium (parametry techniczno-eksploatacyjne) w
E.11	Pojemność cieplna kołpaka	≥ 5,0 MHU, podać		Pojemność = 5,0 MHU - 0 pkt, pojemność > 5,0 MHU i < 7,0 MHU - 1 pkt, pojemność ≥ 7,0 MHU - 2 pkt

Opis parametru uniemożliwia Odwołującemu złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę w SIWZ wartości granicznej jak poniżej i rezygnację z punktowania cechy technologicznej:

Lp.	Parametr	Wartość wymagana - warunki graniczne	Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca)	Punktacja kryterium (parametry techniczno-eksploatacyjne) w
E.11	Pojemność cieplna kołpaka	≥ 2,8 MHU, podać		

Zarzut 6. Dotyczy Załącznik nr 5 – dotyczy zadania nr 4, Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych i parametry oceniane - Cyfrowy system do badań angiograficznych pkt E.16

Zamawiający wymaga:

Lp.	Parametr	Wartość wymagana - warunki graniczne	Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca)	Punktacja kryterium (parametry techniczno-eksploatacyjne) w
E.16	Ilość stopni filtracji promieniowania miedziowej / tantalowej z wyłączeniem filtracji inherentnej lampy nie mniejsza niż 3.	TAK, podać		

Opis parametru uniemożliwia Odwołującemu złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę w SIWZ wartości granicznej jak poniżej:

Lp.	Parametr	Wartość wymagana - warunki graniczne	Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca)	Punktacja kryterium (parametry techniczno-eksploatacyjne) w
E.16	Ilość stopni filtracji promieniowania np. miedziowej, tantalowej z wyłączeniem filtracji inherentnej lampy nie mniejsza niż 3.	TAK, podać		

Zarzut 7. Dotyczy Załącznik nr 5 – dotyczy zadania nr 4, Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych i parametry oceniane - Cyfrowy system do badań angiograficznych pkt G.1

Zamawiający wymaga:

Lp.	Parametr	Wartość wymagana - warunki graniczne	Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca)	Punktacja kryterium (parametry techniczno-eksploatacyjne) w
G.1	Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna z częstotliwością między 20-30 obrazów/s oraz 10-15 obrazów/s oraz nie mniej niż jedna wartość poniżej 10 obrazów/s.	TAK, podać		

Opis parametru uniemożliwia Odwołującemu złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę w SIWZ wartości granicznej jak poniżej:

Lp.	Parametr	Wartość wymagana - warunki graniczne	Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca)	Punktacja kryterium (parametry techniczno-eksploatacyjne) w
G.1	Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna z częstotliwościami z zakresu 20-30 obrazów/s oraz 10-15 obrazów/s oraz nie mniej niż jedna wartość poniżej 10 obrazów/s.	TAK, podać		

Zarzut 8. Dotyczy Załącznik nr 5 – dotyczy zadania nr 4, Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych i parametry oceniane - Cyfrowy system do badań angiograficznych pkt K.18

Zamawiający wymaga:

Lp.	Parametr	Wartość wymagana - warunki graniczne	Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca)	Punktacja kryterium (parametry techniczno-eksploatacyjne) w
K.18	Wszystkie moduły pomiarowe i obliczeniowe winny stanowić integralną całość oferowanego cathlab'u – jeden system jednego producenta	TAK, podać producenta		

Opis parametru uniemożliwia Odwołującemu złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę w SIWZ wartości granicznej jak poniżej:

Lp.	Parametr	Wartość wymagana - warunki graniczne	Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca)	Punktacja kryterium (parametry techniczno-eksploatacyjne) w
K.18	Wszystkie moduły pomiarowe i obliczeniowe winny stanowić integralną całość oferowanego systemu hemodynamicznego – jeden system jednego producenta	TAK, podać producenta		

Zarzuty dotyczące parametrów uniemożliwiających złożenie konkurencyjnej oferty:

Zarzut 9. Dotyczy Załącznik nr 5 – dotyczy zadania nr 4, Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych i parametry oceniane - Cyfrowy system do badań angiograficznych pkt B.4, B.5, C.3, C.7, G.5

Zamawiający wymaga:

Lp.	Parametr	Wartość wymagana - warunki graniczne	Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca)	Punktacja kryterium (parametry techniczno-eksploatacyjne) w
B.4	Prędkość pozycjonera dla projekcji LAO / RAO mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) nie mniejsza niż 15°/s	TAK, podać		
B.5	Zakres ruchu dla projekcji CRANIAL / CAUDAL mierzony w	TAK, podać		

	pozycji pozycjonera za głową pacjenta nie mniejszy niż 90°			
C.3	Dodatkowe obciążenie stołu podczas akcji reanimacyjnej nie mniejsze niż 50 kg	TAK, podać		
C.7	Zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego stołu nie mniejszy niż 28 cm	TAK, podać		
G.5	Pętla fluoroskopowa – podać maksymalną liczbę klatek przechowywanych w buforze	>= 400, podać		

Zamawiający zaniechał punktacji istotnych funkcjonalnie elementów, przez co opis parametru uniemożliwia Odwołującemu złożenie konkurencyjnej oferty.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę w SIWZ wartości granicznej jak poniżej i wprowadzenie punktacji funkcjonalności:

Lp.	Parametr	Wartość wymagana - warunki graniczne	Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca)	Punktacja kryterium (parametry techniczno-eksploatacyjne) w
B.4	Prędkość pozycjonera dla projekcji LAO / RAO mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) nie mniejsza niż 15°/s	TAK, podać		Wartość największa – 5 pkt Wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie
B.5	Zakres ruchu dla projekcji CRANIAL / CAUDAL mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta nie mniejszy niż 90°	TAK, podać		Wartość największa – 5 pkt Wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie
C.3	Dodatkowe obciążenie stołu podczas akcji reanimacyjnej nie mniejsze niż 50 kg	TAK, podać		Wartość największa – 5 pkt Wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie
C.7	Zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego stołu nie mniejszy niż 28 cm	TAK, podać		Wartość największa – 5 pkt Wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie
G.5	Pętla fluoroskopowa – podać maksymalną liczbę klatek przechowywanych w buforze	>= 400, podać		Wartość największa – 5 pkt

				Wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie
--	--	--	--	--

Zarzut 10. Dotyczy Załącznik nr 5 – dotyczy zadania nr 4, Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych i parametry oceniane - Cyfrowy system do badań angiograficznych pkt C.4 i C.20

Zamawiający wymaga:

Lp.	Parametr	Wartość wymagana - warunki graniczne	Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca)	Punktacja kryterium (parametry techniczno-eksploatacyjne) w
C.4	Możliwość podjęcia akcji reanimacyjnej na wysuniętym stole (brak piktogramu nakazującego powrót do pozycji nad podestem stołu)	TAK/NIE		TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt
C.20	Resuscytacja pacjenta dozwolona przy maksymalnym wysunięciu płyty pacjenta, brak piktogramu określającego położenie pacjenta nad stopą stołu	TAK/NIE		TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt

Zamawiający wielokrotnie premiuje takie samo rozwiązanie funkcjonalne.

W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie wymogu z punktu C.4

Zarzut 11. Dotyczy Załącznik nr 5 – dotyczy zadania nr 4, Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych i parametry oceniane - Cyfrowy system do badań angiograficznych pkt B.10, C.17, G.11

Zamawiający wymaga:

Lp.	Parametr	Wartość wymagana - warunki graniczne	Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca)	Punktacja kryterium (parametry techniczno-eksploatacyjne) w
B.10	Możliwość korzystania z przywoływania zaprogramowanych pozycji przy położeniu blatu stołu pacjenta poza położeniem 0°	TAK/NIE		TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt
C.17	Ustawienie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie – bez promieniowania	TAK/NIE		TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt
C.18	Możliwość zatrzymania blatu stołu w dowolnym momencie obrotu	TAK/NIE		TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt

G.11	Wyświetlanie wybranego obrazu fluoroskopowego na panelu dotykowym	TAK/NIE		TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt
------	---	---------	--	----------------------------

Opis parametru poprzez premiowanie punktowe nie istotnych funkcjonalnie parametrów uniemożliwia Odwołującemu złożenie konkurencyjnej oferty.

W związku z powyższym wnosimy o rezygnację z cechy technologicznej i wykreślenie tego wymogu.

Zarzut 12. Dotyczy Załącznik nr 5 – dotyczy zadania nr 4, Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych i parametry oceniane - Cyfrowy system do badań angiograficznych pkt B.11, E.10, G.12, G.13, G.14, G.16, G.17, K.16, N.5

Zamawiający wymaga:

Lp.	Parametr	Wartość wymagana - warunki graniczne	Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca)	Punktacja kryterium (parametry techniczno-eksploatacyjne) w
B.11	System antykolizyjny	TAK, podać		2 pkt za każdy typ systemu antykolizyjnego: elektroniczny, elektromechaniczny, pneumatyczny
E.10	Pojemność cieplna anody	$\geq 3,0$ MHU, podać		Pojemność = 3,0 MHU - 0 pkt, pojemność > 3,0 MHU i < 5,0 MHU - 1 pkt, pojemność $\geq 5,0$ MHU - 2 pkt
G.12	Wykonanie pomiaru odległości i analizy stenoz dostępne poprzez oznaczenie punktów do pomiaru bezpośrednio na obrazie na panelu dotykowym.	TAK/NIE		TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt
G.13	Całość systemu obrazowania angiograficznego wyposażona w funkcje umożliwiające wykonywanie fluoroskopii z natężeniem dawki nie większym niż 0,15 mGy/s. Wartość potwierdzona w instrukcji obsługi systemu w oferowanej konfiguracji.	TAK/NIE		TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt
G.14	Całość systemu obrazowania angiograficznego wyposażona w funkcje umożliwiające wykonywanie akwizycji kardiologicznych z częstotliwością 15 klatek/s z natężeniem dawki nie większym niż 0,037 mGy/klatkę.	TAK/NIE		TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt

	Wartość potwierdzona w instrukcji obsługi systemu w oferowanej konfiguracji.			
G.16	Rozszerzenie skanu rotacyjnego, zapewniającego trójwymiarowy wgląd w czasie rzeczywistym do drzewa tętnic wieńcowych. Możliwość zaprogramowania co najmniej 5 trajektorii. Funkcjonalność potwierdzona w publikacjach naukowych	TAK/NIE		TAK – 3pkt NIE – 0pkt
G.17	Funkcja roadmap dynamiczny dla procedur w obrębie naczyń wieńcowych tzn. nałożenie ruchomego obrazu tętnicy wieńcowej na ruchomy obraz fluroskopii w taki sposób, aby wyświetlany aktualnie obraz odpowiadał aktualnej pozycji tętnicy wieńcowej na obrazie fluoroskopowym.	TAK/NIE		TAK – 5pkt NIE – 0pkt
K.16	Archiwizacja mierzonych przebiegów na CD lub DVD lub kartach SD	TAK		Karty SD – 2 pkt inne nośniki – 0 pkt
N.5	Komplet 3 fartuchów ochronnych rtg dwuczęściowych, zamkniętych, wykonanych z materiału ochronnego Xenolite NL (równoważnik osłabienia promieniowania: przód 0,5 mm Pb, tył 0,25 mm Pb	TAK		

Opis parametru uniemożliwia Odwołującemu złożenie konkurencyjnej oferty.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę w SIWZ wartości granicznej jak poniżej:

Lp.	Parametr	Wartość wymagana - warunki graniczne	Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca)	Punktacja kryterium (parametry techniczno-eksploatacyjne) w
B.11	System antykolizyjny	TAK, podać		2 pkt za każdy typ systemu antykolizyjnego
E.10	Pojemność cieplna anody	≥ 3,0 MHU, podać		
G.12	Wykonanie pomiaru odległości i analizy stenoz dostępne poprzez oznaczenie punktów do pomiaru bezpośrednio na na panelu dotykowym.	TAK/NIE		TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt

G.13	Całość systemu obrazowania angiograficznego wyposażona w funkcje umożliwiające wykonywanie fluoroskopii z natężeniem dawki nie większym niż 0,15 mGy/s. Wartość potwierdzona w instrukcji obsługi, oświadczeniu lub dokumentacji systemu w oferowanej konfiguracji.	TAK/NIE		TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt
G.14	Całość systemu obrazowania angiograficznego wyposażona w funkcje umożliwiające wykonywanie akwizycji kardiologicznych z częstotliwością 15 klatek/s z natężeniem dawki nie większym niż 0,037 mGy/klatkę. Wartość potwierdzona w instrukcji obsługi, oświadczeniu lub dokumentacji systemu w oferowanej konfiguracji.	TAK/NIE		TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt
G.16	Rozszerzenie skanu rotacyjnego, zapewniającego trójwymiarowy wgląd w czasie rzeczywistym do drzewa tętnic wieńcowych.	TAK/NIE		TAK – 3pkt NIE – 0pkt
G.17	Funkcja roadmap dynamiczny dla procedur w obrębie naczyń wieńcowych tzn. nałożenie nieruchomego obrazu tętnicy wieńcowej na ruchomy obraz fluroskopii w taki sposób, aby wyświetlany aktualnie obraz odpowiadał aktualnej pozycji tętnicy wieńcowej na obrazie fluoroskopowym.	TAK/NIE		TAK – 5pkt NIE – 0pkt
K.16	Archiwizacja mierzonych przebiegów na CD lub DVD lub kartach SD	TAK		
N.5	Komplet 3 fartuchów ochronnych rtg dwuczęściowych, zamkniętych, wykonanych z materiału ochronnego lekkiego np. Xenolite NL (równoważnik osłabienia promieniowania: przód min. 0,5 mm Pb, tył min. 0,25 mm Pb	TAK		

Zarzut 13. Dotyczy Załącznik nr 5 – dotyczy zadania nr 4, Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych i parametry oceniane - Cyfrowy system do badań angiograficznych pkt C.15, C.16, C.19, C.21, E.7, E.8, F.4

Zamawiający wymaga:

Lp.	Parametr	Wartość wymagana - warunki graniczne	Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca)	Punktacja kryterium (parametry techniczno-eksploatacyjne) w
C.15	Zakres badania bez konieczności przemieszczania pacjenta na stole	≥ 120 cm, podać		Zakres ≥ 120 cm - 0 pkt Zakres > 120 i < 190 cm - 1 pkt; zakres ≥ 190 cm - 2 pkt
C.16	Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej [°]	$\geq 240^\circ$, podać		Obrót $= 240^\circ$ - 0 pkt, obrot $> 240^\circ$ i $< 300^\circ$ - 1 pkt, obrot $\geq 300^\circ$ - 2 pkt
C.19	Długość blatu	≥ 280 cm, podać		Długość $= 280$ cm - 0 pkt, długość > 280 cm i < 300 cm - 1 pkt, długość ≥ 300 cm - 2 pkt
C.21	Zakres ruchu wzdłużnego płyty pacjenta	≥ 110 cm, podać		Zakres $= 110$ cm - 0 pkt Zakres > 110 cm i < 170 cm - 1 pkt; zakres ≥ 170 cm - 2 pkt
E.7	Najmniejsze ognisko lampy RTG	$\leq 0,5$, podać		Ognisko $= 0,5$ - 0 pkt, ognisko $< 0,5$ mm i $> 0,3$ - 1 pkt, ognisko $\leq 0,3$ mm - 2 pkt
E.8	Kolejne po najmniejszym ognisku lampy RTG	$\leq 0,8$, podać		Ognisko $= 0,8$ - 0 pkt, ognisko $< 0,8$ i $> 0,6$ - 1 pkt, ognisko $\leq 0,6$ - 2 pkt
F.4	DQE przy 0 lp/mm [%]	$\geq 77\%$, podać		DQE $< 80\%$ - 0 pkt, DQE $\geq 80\%$ - 2 pkt

Opis parametru uniemożliwia Odwołującemu złożenie konkurencyjnej oferty.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę w SIWZ rezygnację z powyższych cech technologicznych:

Lp.	Parametr	Wartość wymagana - warunki graniczne	Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca)	Punktacja kryterium (parametry techniczno-eksploatacyjne) w
C.15	Zakres badania bez konieczności przemieszczania pacjenta na stole	≥ 120 cm, podać		Wartość największa – 2 pkt Wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie
C.16	Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej [°]	$\geq 240^\circ$, podać		Wartość największa – 2 pkt Wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie
C.19	Długość blatu	≥ 280 cm, podać		Wartość największa – 2 pkt Wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie
C.21	Zakres ruchu wzdłużnego płyty pacjenta	≥ 110 cm, podać		Wartość największa – 2 pkt Wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie
E.7	Najmniejsze ognisko lampy RTG	$\leq 0,5$, podać		Wartość największa – 2 pkt Wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie
E.8	Kolejne po najmniejszym ognisko lampy RTG	$\leq 0,8$, podać		Wartość największa – 2 pkt Wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie
F.4	DQE przy 0 lp/mm [%]	$\geq 77\%$, podać		Wartość największa – 2 pkt Wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie

Zarzut 14. Dotyczy Załącznik nr 5 – dotyczy zadania nr 4, Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych i parametry oceniane - Cyfrowy system do badań angiograficznych

Zamawiający zaniechał wprowadzenia i/lub punktacji istotnych funkcjonalnie elementów, przez co opis parametru uniemożliwia Odwołującemu złożenie konkurencyjnej oferty.

Dlatego wnosimy o wprowadzenie parametrów o brzmieniu:

Lp.	Parametr	Wartość wymagana - warunki graniczne	Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca)	Punktacja kryterium (parametry techniczno-eksploatacyjne) w
	Pakiet najbardziej zaawansowanych specjalizowanych, zaawansowanych algorytmów właściwych dla danego producenta, działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną dawką	TAK,		
	Wymagana przez producenta moc przyłączeniowa potwierdzona w firmowych danych producenta Zamawiający wymaga dostosowania w ramach oferty istniejącego zasilania do wymogów aparatu.	Tak, podać		Wartość największa – 0 pkt Wartość najmniejsza – 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie
	Możliwość ustawienia statywu z boku pacjenta stołu pod kątem większym niż 110° (dla badań kardiologicznych) z lewej i prawej strony w celu zapewnienia dostatecznej przestrzeni u wezłowania pacjenta na ustawienie dodatkowej aparatury i pracę lekarzy i pielęgniarów	Tak/Nie		Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt
	Zakres badania w osi poprzecznej stołu (np. dostęp do tętnic promieniowych) bez konieczności przemieszczania pacjenta względem stopy stołu) Min. ±100 cm	Tak/Nie		Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt
	Możliwość wykonania projekcji z pozycją pionową, skośną i poziomą układu lampa – detektor z maksymalną dostępną odległością SID i minimalną dostępną odległością pacjent - detektor	Tak/Nie		Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt

Automatyczna zmiana orientacji obrazu przy zmianie położenia statywu z za głowy do każdego z oferowanych kątów obrotu pionowego statywu realizowana poprzez elektroniczny obrót obrazu lub mechaniczny obrót detektora	Tak		Mechaniczny płynny obrót detektora – 5 pkt Elektroniczny obrót obrazu – 0 pkt
Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy min. 125 kV, 2000 W i w odległości maks. 1 m (zgodnie z IEC 60601-1-3 lub równoważna)	Tak, podać		Wartość największa – 0 pkt Wartość najmniejsza – 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie
Silnikowy, automatyczny (bez ingerencji obsługi) równoczesny obrót przysłony na lampie RTG oraz detektora dla kompensacji obrotu obrazu przy zmianie położenia statywu do pozycji z boku stołu pacjenta (prostopadłej i skośnej do osi wzdłużnej stołu) oraz przy obrocie stołu pacjenta – bez zmiany pola widzenia detektora	Podać		Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.
Przysłony sterowane niezależnie umożliwiające wybór dowolnego położenia obszaru ograniczonego przysłoną prostokątną (dla każdego FOV detektora) bez konieczności manipulowania stołem / pacjentem, możliwość wyboru obszaru położonego poza centrum pola widzenia w całym obszarze pola detektora (kolimacja asymetryczna względem środka pola detektora) z dynamicznym systemem zmiany wielkości pola pomiarowego systemu ABC (Automatic Brightness Control) ograniczający rozmiar pola do rozmiaru nie większego niż obszar skolimowany dla dowolnego wymiaru kolimacji	Tak		Tak - 20 pkt Nie – 0 pkt
Dysku HD w systemie zapewniającym bezpieczeństwo danych w razie awarii dysku			Tak - 5 pkt Nie – 0 pkt
Zapis retrospektywny (ostatniej pętli) fluoroskopii na dysku	Tak, podać czas dla		Wartość największa – 5pkt

	twardym, dla prędkości min 30kl/s (w jednej pętli)	min 30kl/s		Wartość najmniejsza – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie
	Zapis prospektywny fluoroskopii na dysku twardym, dla prędkości min 30kl/s (w jednej pętli)	Tak, podać czas dla min 30kl/s		Wartość największa – 5pkt Wartość najmniejsza – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie

Pragniemy podkreślić, że wymienione parametry opisujące rozwiązania typowo technologiczne oraz przyjęte przez Zamawiającego wartości graniczne, ograniczają krąg potencjalnych wykonawców przedmiotowego zamówienia i naruszają zasadę uczciwej konkurencji. Zarzuty dotyczące określania parametrów technologicznych oraz wartości parametrów granicznych nie mające uzasadnienia klinicznego uniemożliwiają Odwołującemu złożenie ważnej oraz konkurencyjnej oferty.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia naruszył przepisy Ustawy PZP w zakresie prowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji.

Takie okoliczności naruszają interes Odwołującego w uzyskaniu zamówienia a w szczególności w złożeniu ważnej oferty w niniejszym postępowaniu.

Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania w całości oraz dokonanie modyfikacji SIWZ w zakresie podniesionego zarzutu dotyczącego opisu przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym wniesienie odwołania jest w pełni uzasadnione i konieczne.

Kopię odwołania przesłano Zamawiającemu w dniu 08.01.2019 r.

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Kowacki

TMS Sp. z o.o.

02-952 Warszawa, ul. Wiernicza 84

tel. +48 22 858-20-14, fax: +48 22 858-28-12,

NIP 521-10-04-948, Regon 010765516

e-mail: tms@tms.com.pl

Załączniki:

- kopia odpisu z KRS
- dowód uiszczenia wpisu od odwołania
- kopia przekazania odwołania Zamawiającemu

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 31.08.2018 godz. 15:04:49

Numer KRS: 0000121166

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	02.07.2002
Ostatni wpis	21
Numer wpisu	Data dokonania wpisu
03.11.2017	
Signature akt	WA XIII NS-REJ.KRS/72961/17/449
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 010765516, NIP: 521.1004948
3.Firma, pod którą spółka działa	TMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 22253 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARZY - REJESTROWY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWSKI, gmina WARSZAWA-OLAWÓW, miejscowość WARSZAWA
2.Adres	ul. WIERTNICZA, nr 84, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-952, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie	
1.Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	20.04.1990R. - NOTARIUSZ J.RUDNICKI, PBN W WARSZAWIE, REP. A I 8289/90
2	06.06.2002R. - NOTARIUSZ A.GENCZELEWSKA, REP. A 1236/2002 - TEKST JEDYNOŁITY W WARSZAWIE -BEATA OTKAŁA W JEJ KANCELARI. ZMIANA: §6 UST.4;§7;§13 UST.4
3	28.10.2013 ROKU,REP. A NUMER 3681/2013, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ MAŁGORZATA GRONEK. ZMIENIONO § 9 UST. 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI. 04.11.2013 ROKU,REP. A NUMER 4015/2013, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ DOROTA KWIATKOWSKA. ZMIANA:§ 3,§ 5, § 6,§ 11, § 13, § 14,§ 16, § 18 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO ORAZ WYKRĘŚLENIE § 19,§ 20, § 21, § 22 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI I WPISANIE W MIEJSCE WYKRĘŚLONYCH § 19, § 20, § 21 I § 23 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI. 19.11.2013 ROKU,REP. A 4221/2013, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ DOROTA KWIATKOWSKA. ZMIANA: § 5 ORAZ § 17 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI. 15.02.2016 R., REP. A NR 294/2016, NOTARIUSZ MAŁGORZATA GRONEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 6 UST. 1

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczanego do ogłoszeń spółki	-----
3.Współnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	-----
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?	-----

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
Brak wpisów	

Rubryka 7 - Dane wspólników	
1.Nazwisko / Nazwa lub firma	SKIBIŃSKI
2.Imiona	ŁUKASZ
3.Numer PESEL/REGON	53122615719
4.Numer KRS	-----
5.Posiadane przez wspólnika udziały	1400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.000,00 ZŁOTYCH
6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE

2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	ZUBKIEWICZ
	2.Imiona	SLAWOMIR
	3.Numer PESEL/REGON	56041003539
	4.Numer KRS	*****
	5.Posiadane przez wspólnika udziały	1400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.000,00 ZŁOTYCH
	6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	210 000,00 Zł.
Podrubryka 1	
Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Nie dotyczy	
Brak wpisów	

Rubryka 10 - Nie dotyczy	
Brak wpisów	

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu	
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Podrubryka 1	
1	Dane osób wchodzących w skład organu
1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	CIERNIEWSKA
2.Imiona	EDYTA
3.Numer PESEL/REGON	74052605766
4.Numer KRS	*****
5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
7.Data do jakiej została zawieszona	*****
1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	KOWNACKI
2.Imiona	KRZYSZTOF GRZEGÓRZ

3.Numer PESEL/REGON	56112608757
4.Numer KRS	*****
5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
7.Data do jakiej została zawieszona	*****

Rubryka 2 - Organ nadzoru	
1	1.Nazwa organu
	RADA NADZORCZA
Podrubryka 1	
Dane osób wchodzących w skład organu	
1	1.Nazwisko
	SKIBIŃSKI
	2.Imiona
	ŁUKASZ
	3.Numer PESEL
	53122615719
2	1.Nazwisko
	SZOKTYSIK
	2.Imiona
	JERZY CZESŁAW
	3.Numer PESEL
	47090303251
3	1.Nazwisko
	ZUBKIEWICZ
	2.Imiona
	SLAWOMIR
	3.Numer PESEL
	56041003539

Rubryka 3 - Prokurenci	
Brak wpisów	

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności	
1	46, 46, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
1	33, 1, 1, NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ
2	33, 20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
3	38, 31, Z, DEMONTAŻ WYROBÓW ŻYWIWYCH
4	43, 3, 1, WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
5	46, 51, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
6	46, 66, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
7	52, 10, 1, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
8	64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
9	85, 89, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDYWIDUALNIE NIESKLASYFIKOWANE

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	08.07.2003	2002 R.
	2	07.07.2004	2003
	3	06.04.2005	2004
	4	28.06.2006	01.01.2005 - 31.12.2005
	5	03.07.2007	01.01.2006 - 31.12.2006
	6	28.08.2008	01.01.2007 DO 31.03.2008
	7	11.08.2009	01.04.2008 - 31.03.2009
	8	19.08.2010	01.04.2009 - 31.03.2010
	9	17.06.2011	01.04.2010 - 31.03.2011
	10	29.06.2012	01.04.2011 - 31.03.2012
	11	22.08.2013	01.04.2012 DO 31-03-2013
	12	08.08.2014	01.04.2013 DO 31.12.2013
	13	14.08.2015	01.04.2014 DO 31.03.2015
	14	22.06.2016	01.04.2015 DO 31.03.2016
	15	25.09.2017	01.04.2016 DO 31.03.2017
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	2002 R.
	2	*****	2003
	3	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
	4	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	5	*****	01.01.2007 DO 31.03.2008
	6	*****	01.04.2008 - 31.03.2009
	7	*****	01.04.2009 - 31.03.2010
	8	*****	01.04.2010 - 31.03.2011
	9	*****	01.04.2011 - 31.03.2012
	10	*****	01.04.2012 DO 31-03-2013
	11	*****	01.04.2013 DO 31.12.2013
	12	*****	01.04.2014 DO 31.03.2015
	13	*****	01.04.2015 DO 31.03.2016
	14	*****	01.04.2016 DO 31.03.2017
	15	*****	01.04.2017 DO 31.03.2018
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	2002 R.
	2	*****	2003
	3	*****	2004
	4	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
	5	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	6	*****	01.01.2007 DO 31.03.2008
	7	*****	01.04.2008 - 31.03.2009
	8	*****	01.04.2009 - 31.03.2010
	9	*****	01.04.2010 - 31.03.2011
	10	*****	01.04.2011 - 31.03.2012
	11	*****	01-04-2012 DO 31-03-2013
	12	*****	01.04.2013 DO 31.12.2013
	13	*****	01.04.2014 DO 31.03.2015

14	*****	OD 01.04.2015 DO 31.03.2016
15	*****	OD 01.04.2016 DO 31.03.2017
1	*****	2002 R.
2	*****	2003
3	*****	2004
4	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
5	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
6	*****	OD 01.01.2007 DO 31.03.2008
7	*****	01.04.2008 - 31.03.2009
8	*****	01.04.2009 - 31.03.2010
9	*****	01.04.2010 - 31.03.2011
10	*****	01.04.2011 - 31.03.2012
11	*****	01-04-2012 DO 31-03-2013
12	*****	OD 01.04.2013 DO 31.12.2013
13	*****	OD 01.04.2014 DO 31.03.2015
14	*****	OD 01.04.2015 DO 31.03.2016
15	*****	OD 01.04.2016 DO 31.03.2017

4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej		
Brak wpisów		

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji / przytku publicznego		
Brak wpisów		

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy		
31.03.2008		

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości		
Brak wpisów		

Rubryka 2 - Wierzytelności		
Brak wpisów		

GŁÓWNIK ZARZĄDU

Krzysztof Kowalski

TMS Sp. z o.o.
02-952 Warszawa, ul. Wieniawy 84
tel. +48 22 858 28 14, fax: +48 22 858 28 12
NIP 521-10-04-548, Regon 010765516
e-mail: tms@tms.com.pl

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 31.08.2018 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru:

CZŁONEK ZARZĄDU
Krzysztof Kamiński
TMS Sp. z o.o.
02-952 Warszawa, ul. Wiernicza 84
tel. +48 22 858-28-14, fax: +48 22 858-28-12,
NIP 521-10-04-946, Regon 010765516
e-mail: tms@tms.com.pl



Z rachunku	76 1910 1048 2215 0016 7644 0001 TMS SPÓŁKA Z O.O. UL.WIERTNICZA 84 02-952 WARSZAWA MAZOWIECKIE
Na rachunek	60 1010 1010 0081 3622 3100 0000 URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 02-676 WARSZAWA, UL. POSTĘPU 17A
Typ operacji	PRZELEW ELIXIR - ONLINE
Tytuł operacji	WPIS OD ODWOŁANIA NR DSUIZP252/MT/38/2018 DLA SPOZ KOŃSKIE DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH WG ZADAŃ 1,2,3,4.
Kwota w PLN	-15 000,00
Data transakcji	2019-01-08
Data księgowania	2019-01-08

Dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga dodatkowych podpisów oraz stempla bankowego.

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Kownacki

TMS Sp. z o.o.

02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 84
tel. +48 22 858-28-14, fax: +48 22 858-28-12,
NIP 521-10-04-948, Regon 010765516
e-mail: tms@tms.com.pl