

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny **Numer ogłoszenia: 202292-2010** z datą zamieszczenia 09.07.2010 i na stronie internetowej www.zoz.konskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego.

Dotyczy: postępowania na sukcesywną dostawę przez okres 12 miesięcy środków dezynfekcyjnych do zadania nr. 4 – poz. 1 - Zn. Sp. DSU i ZP 250/MS/17/2010

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41B informuje, że do postępowania przetargowego wpłynęło pytanie i udziela na nie następującej odpowiedzi;

Zadanie 4

Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny środek enzymatyczny zawierający enzymy proolityczne, związki powierzchniowo czynne, a nie posiadający glikoli konserwujących, przeznaczony do mycia endoskopów w myjni automatycznej, nie wymagający użycia neutralizatora, stosowane niskie stężenia (5ml) w niskich temperaturach (już od 45°C)?

Uzasadnienie:

Dopuszczenie oferowanego środka pozwoli Zamawiającemu na dokonanie najbardziej optymalnego wyboru pod względem użytkowym i ekonomicznym. Mniejsze stężenie użytkowe preparatu jest bezpieczniejsze dla obrabianych narzędzi i stanowi mniejsze zagrożenie dla personelu obsługującego. W razie odpowiedzi negatywnej prosimy o merytoryczne i prawne uzasadnienie.

Odp. 1. Zamawiający w Zadaniu nr. 4 poz. 1 i poz. 2 zapotrzebował dwa kompatybilne ze sobą środki do mycia i dezynfekcji myjni endoskopowej. Z Państwa pytania nie wynika czy chcecie polecić tylko jeden środek uniwersalny mający właściwości myjące i dezynfekcyjne, czy proponujecie wprowadzić jako ofertę równoważną tylko środek w poz. 1, a wtedy nie będzie on kompatybilny ze środkiem proponowanym przez Zamawiającego Np. Sekumatic FD* Środki do mycia i dezynfekcji stosowane w automatycznej myjni endoskopowej muszą pochodzić z jednej grupy środków chemicznych np. glikole konserwujące. W związku z powyższym Zamawiający wymaga dokumentów na zaoferowany preparat, aby mógł stwierdzić czy preparat spełnia wszystkie wymagania (skład, zakres działania) jakie zawarł w SIWZ. Na podstawie powyższego opisu Zamawiający nie dopuści preparatu jako oferty równoważnej.

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Końskich
Mgr inż. Jerzy Grodzki