

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny **Numer ogłoszenia: 211860 - 2011** z datą zamieszczenia 22.07.2011 i na stronie internetowej www.zoz.konskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego.

II

Dot. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie systematycznych dostaw środków dezynfekcyjnych przez okres 12 miesięcy, numer sprawy: DSU i ZP 252/MS/24/2011 r.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41B informuje, że do postępowania przetargowego wpłynęły pytania i udziela na nie następujących odpowiedzi;

Zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści preparaty przebadane przez niezależny ośrodek badawczy zgodnie z normami oraz wytycznymi DGHM, BGA, DVV?

Odp. 1 do zad. nr 4 Zamawiający wnioskuję, że pytającemu chodzi o środki z oferty równoważnej.

Zamawiający dopuści preparaty przebadane przez niezależne ośrodki badawcze. Wykonawca (oferent składający ofertę równoważną) zaoferowane w niej preparaty muszą spełnić następujące warunki:

1. Zaproponowane środki dezynfekcyjne równoważne powinny posiadać potwierdzenie stosownymi dokumentami działanie biobójcze zaoferowanych preparatów (do dezynfekcji narzędzi i powierzchni) w zakresie wymaganego spektrum działania.

2. Preparaty odkażające równoważne powinny posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały przebadane z pozytywnymi wynikami przez niezależny ośrodek badawczy na następujących organizmach testowych zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 14885 dla obszaru medycznego:

- działanie bakteriobójcze – zgodnie z normą EN 13727 i EN 14561; w przypadku preparatów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne zgodnie z normą – EN 12054, EN 1499, EN 1500 i EN 12791;
- działanie prątkobójcze – zgodnie z normą EN 14563 i EN 14348 oraz Mycobacterium tuberculosis;
- działanie grzybobójcze – zgodnie z normą EN 13624, EN 14562 i EN 14348;
- działanie sporobójcze – Bacillus subtilis/lub bacillus cereus (szczep najmniej wrażliwy na badany preparat) oraz Clostridium sporogenes;
- działanie wirusobójcze – zgodnie z normą EN 14476/Polio i Adeno/HBV, HCV i HIV.

Jeżeli zaproponowany środek nie posiada takiego zakresu działania i badań zakończonych pozytywnymi wynikami na wyżej opisane organizmy testowe wg norm oferta podlega odrzuceniu. Dopuszcza się złożenie ofert na środki o szerszym zakresie działania niż wyszczególnione w SIWZ.

Wykonawca powinien zaoferować ilość środka równoważnego umożliwiającą wykonanie takiej samej ilości cieczy roboczej lub innych (dotyczy chusteczek) jak ze środków wskazanych przez Zamawiającego w Formularzu Cenowym do każdego z zadań.

Wykonawca w Formularzu Cenowym do każdego z zadań :

1. Sporządzi oferty cenowe według wzoru i tabel z Formularza Cenowego Zał. Nr 2 do SIWZ (taki sam układ tabel).
2. Zaproponowane środki dezynfekcyjne równoważne muszą posiadać aktualne Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej w jęz. polskim wydane przez producenta środka.
3. Wykonawca musi załączyć do oferty instrukcje określające dokładne parametry chemiczno- użytkowe oraz instrukcje sporządzania cieczy roboczej.
4. W ofercie równoważnej należy wycenić ułamkową ilość opakowań, tak aby zaoferowana ilość zaproponowanego środka umożliwiła wykonanie takiej samej ilości cieczy roboczej jak ze środków wskazanych przez Zamawiającego.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na załączenie oświadczeń w miejsce dokumentów wymaganych, wyszczególnionych w SIWZ rozdz.. VI zarówno do oferty równoważnej jak również dla środków wskazanych w Formularzu cenowym przez Zamawiającego.
6. Dotyczy Zad. Nr 3 (chusteczki) Zamawiający dopuszcza +- 10% tolerancji wymiaru pojedynczej chusteczki.

Zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści badania na działanie prątkobójcze przeprowadzone na mikroorganizmie Mycobacterium avium i terrae oraz działanie sporobójcze na Bacillus subtilis?

Odp. 2 do zad. 4 Zamawiający dopuści preparaty, które spełniają warunki zawarte w Zał. Nr 6 do SIWZ tj:

1. Zaproponowane środki dezynfekcyjne równoważne powinny posiadać potwierdzenie stosownymi dokumentami działania biobójcze zaoferowanych preparatów (do dezynfekcji narzędzi i powierzchni) w zakresie wymaganego spektrum działania.

2. Preparaty odkażające równoważne powinny posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały przebadane z pozytywnymi wynikami przez niezależny ośrodek badawczy na następujących organizmach testowych zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 14885 dla obszaru medycznego:

- działanie bakteriobójcze – zgodnie z normą EN 13727 i EN 14561; w przypadku preparatów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne zgodnie z normą – EN 12054, EN 1499, EN 1500 i EN 12791;
- działanie prątkobójcze – zgodnie z normą EN 14563 i EN 14348 oraz Mycobacterium tuberculosis;
- działanie grzybobójcze – zgodnie z normą EN 13624, EN 14562 i EN 14348;
- działanie sporobójcze – Bacillus subtilisi/lub bacillus cereus (szczep najmniej wrażliwy na badany preparat) oraz Clostridium sporogenes;
- działanie wirusobójcze – zgodnie z normą EN 14476/Polio i Adeno/HBV, HCV i HIV.

Jeżeli zaproponowany środek nie posiada takiego zakresu działania i badań zakończonych pozytywnymi wynikami na wyżej opisane organizmy testowe wg norm oferta podlega odrzuceniu. Dopuszcza się złożenie ofert na środki o szerszym zakresie działania niż wyszczególnione w SIWZ.

Wykonawca powinien zaoferować ilość środka równoważnego umożliwiającą wykonanie takiej samej ilości cieczy roboczej lub innych (dotyczy chusteczek) jak ze środków wskazanych przez Zamawiającego w Formularzu Cenowym do każdego z zadań.

Wykonawca w Formularzu Cenowym do każdego z zadań :

3. Sporządzi oferty cenowe według wzoru i tabel z Formularza Cenowego Zał. Nr 2 do SIWZ (taki sam układ tabel).
4. Zaproponowane środki dezynfekcyjne równoważne muszą posiadać aktualne Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej w jęz. polskim wydane przez producenta środka.
5. Wykonawca musi załączyć do oferty instrukcje określające dokładne parametry chemiczno- użytkowe oraz instrukcje sporządzania cieczy roboczej.
6. W ofercie równoważnej należy wycenić ułamkową ilość opakowań, tak aby zaoferowana ilość zaproponowanego środka umożliwiła wykonanie takiej samej ilości cieczy roboczej jak ze środków wskazanych przez Zamawiającego.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na załączenie oświadczeń w miejsce dokumentów wymaganych, wyszczególnionych w SIWZ rozdz.. VI zarówno do oferty równoważnej jak również dla środków wskazanych w Formularzu cenowym przez Zamawiającego.
8. Dotyczy Zad. Nr 3 (chusteczki) Zamawiający dopuszcza +- 10% tolerancji wymiaru pojedynczej chusteczki.

Zadanie nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści chusteczki zgodne z wymaganiami SIWZ o spektrum działania B,Tbc,F, V (HIV, HBV, HCV, Rota,Vaccinia, Papova SV40,Noro), o wymiarach 200x200mm? Jeśli nie prosimy o merytoryczne i prawne uzasadnienie swojej decyzji.

Odp. 3 zadanie nr 3 poz. 1 Zamawiający wnioskuję, że pytającemu chodzi o środki (chusteczki) z oferty równoważnej. W związku z powyższym oferent składający ofertę równoważną musi spełnić następujące warunki:

1. Zaproponowane środki dezynfekcyjne (chusteczki) równoważne powinny posiadać potwierdzenie stosownymi dokumentami działanie biobójcze zaoferowanych preparatów (do dezynfekcji narzędzi i powierzchni) w zakresie wymaganego spektrum działania.

2. Preparaty odkażające równoważne powinny posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały przebadane z pozytywnymi wynikami przez niezależny ośrodek badawczy na następujących organizmach testowych zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 14885 dla obszaru medycznego:

- działanie bakteriobójcze – zgodnie z normą EN 13727 i EN 14561; w przypadku preparatów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne zgodnie z normą – EN 12054, EN 1499, EN 1500 i EN 12791;
- działanie prątkobójcze – zgodnie z normą EN 14563 i EN 14348 oraz Mycobacterium tuberculosis;
- działanie grzybobójcze – zgodnie z normą EN 13624, EN 14562 i EN 14348;
- działanie sporobójcze – Bacillus subtilisi/lub bacillus cereus (szczep najmniej wrażliwy na badany preparat) oraz Clostridium sporogenes;
- działanie wirusobójcze – zgodnie z normą EN 14476/Polio i Adeno/HBV, HCV i HIV.

Jeżeli zaproponowany środek nie posiada takiego zakresu działania i badań zakończonych pozytywnymi wynikami na wyżej opisane organizmy testowe wg norm oferta podlega odrzuceniu. Dopuszcza się złożenie ofert na środki o szerszym zakresie działania niż wyszczególnione w SIWZ.

Wykonawca powinien zaoferować ilość środka równoważnego umożliwiającą wykonanie takiej samej ilości cieczy roboczej lub innych (dotyczy chusteczek) jak ze środków wskazanych przez Zamawiającego w Formularzu Cenowym do każdego z zadań.

Wykonawca w Formularzu Cenowym do każdego z zadań :

3. Sporządzi oferty cenowe według wzoru i tabel z Formularza Cenowego Zał. Nr 2 do SIWZ (taki sam układ tabel).
4. Zaproponowane środki dezynfekcyjne równoważne muszą posiadać aktualne Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej w jęz. polskim wydane przez producenta środka.
5. Wykonawca musi załączyć do oferty instrukcje określające dokładne parametry chemiczno- użytkowe oraz instrukcje sporządzania cieczy roboczej.
6. W ofercie równoważnej należy wycenić ułamkową ilość opakowań, tak aby zaoferowana ilość zaproponowanego środka umożliwiła wykonanie takiej samej ilości cieczy roboczej jak ze środków wskazanych przez Zamawiającego.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na załączenie oświadczeń w miejsce dokumentów wymaganych, wyszczególnionych w SIWZ rozdz.. VI zarówno do oferty równoważnej jak również dla środków wskazanych w Formularzu cenowym przez Zamawiającego.
8. Dotyczy Zad. Nr 3 (chusteczki) Zamawiający dopuszcza +- 10% tolerancji wymiaru pojedynczej chusteczki.

Zadanie nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści chusteczki zgodne z wymaganiami SIWZ, ale przebadane metodami DGHM, równoważnymi do wymaganych w opisie norm EN?

Odp. 4 zadanie nr 3 poz. 2 Zamawiający wnioskuje, że pytającemu chodzi o środki (chusteczki) z oferty równoważnej. W związku z powyższym oferent składający ofertę równoważną musi spełnić następujące warunki:

1. Zaproponowane środki dezynfekcyjne (chusteczki) równoważne powinny posiadać potwierdzenie stosownymi dokumentami działania biobójcze zaoferowanych preparatów (do dezynfekcji narzędzi i powierzchni) w zakresie wymaganego spektrum działania.

2. Preparaty odkażające równoważne powinny posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały przebadane z pozytywnymi wynikami przez niezależny ośrodek badawczy na następujących organizmach testowych zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 14885 dla obszaru medycznego:

- działanie bakteriobójcze – zgodnie z normą EN 13727 i EN 14561; w przypadku preparatów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne zgodnie z normą – EN 12054, EN 1499, EN 1500 i EN 12791;
- działanie prątkobójcze – zgodnie z normą EN 14563 i EN 14348 oraz Mycobacterium tuberculosis;
- działanie grzybobójcze – zgodnie z normą EN 13624, EN 14562 i EN 14348;
- działanie sporobójcze – Bacillus subtilisi/lub bacillus cereus (szczep najmniej wrażliwy na badany preparat) oraz Clostridium sporogenes;
- działanie wirusobójcze – zgodnie z normą EN 14476/Polio i Adeno/HBV, HCV i HIV.

Jeżeli zaproponowany środek nie posiada takiego zakresu działania i badań zakończonych pozytywnymi wynikami na wyżej opisane organizmy testowe wg norm oferta podlega odrzuceniu. Dopuszcza się złożenie ofert na środki o szerszym zakresie działania niż wyszczególnione w SIWZ.

Wykonawca powinien zaoferować ilość środka równoważnego umożliwiającą wykonanie takiej samej ilości cieczy roboczej lub innych (dotyczy chusteczek) jak ze środków wskazanych przez Zamawiającego w Formularzu Cenowym do każdego z zadań.

Wykonawca w Formularzu Cenowym do każdego z zadań :

3. Sporządzi oferty cenowe według wzoru i tabel z Formularza Cenowego Zał. Nr 2 do SIWZ (taki sam układ tabel).
4. Zaproponowane środki dezynfekcyjne równoważne muszą posiadać aktualne Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej w jęz. polskim wydane przez producenta środka.
5. Wykonawca musi załączyć do oferty instrukcje określające dokładne parametry chemiczno- użytkowe oraz instrukcje sporządzania cieczy roboczej.
6. W ofercie równoważnej należy wycenić ułamkową ilość opakowań, tak aby zaoferowana ilość zaproponowanego środka umożliwiła wykonanie takiej samej ilości cieczy roboczej jak ze środków wskazanych przez Zamawiającego.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na załączenie oświadczeń w miejsce dokumentów wymaganych, wyszczególnionych w SIWZ rozdz.. VI zarówno do oferty równoważnej jak również dla środków wskazanych w Formularzu cenowym przez Zamawiającego.
8. Dotyczy Zad. Nr 3 (chusteczki) Zamawiający dopuszcza +- 10% tolerancji wymiaru pojedynczej chusteczki.

Zadanie nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 pozycja 4 wyrazi zgodę na preparat Perform o pojemności 40g?

Odp. 5 zadanie 1 poz. 4 W związku z powyższym oferent składający ofertę równoważną musi spełnić następujące warunki:

1. Zaproponowane środki dezynfekcyjne (chusteczki) równoważne powinny posiadać potwierdzenie stosownymi dokumentami działania biobójcze zaoferowanych preparatów (do dezynfekcji narzędzi i powierzchni) w zakresie wymaganego spektrum działania.

2. Preparaty odkażające równoważne powinny posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały przebadane z pozytywnymi wynikami przez niezależny ośrodek badawczy na następujących organizmach testowych zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 14885 dla obszaru medycznego:

- działanie bakteriobójcze – zgodnie z normą EN 13727 i EN 14561; w przypadku preparatów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne zgodnie z normą – EN 12054, EN 1499, EN 1500 i EN 12791;
- działanie prątkobójcze – zgodnie z normą EN 14563 i EN 14348 oraz Mycobacterium tuberculosis;
- działanie grzybobójcze – zgodnie z normą EN 13624, EN 14562 i EN 14348;
- działanie sporobójcze – Bacillus subtilisi/lub bacillus cereus (szczep najmniej wrażliwy na badany preparat) oraz Clostridium sporogenes;
- działanie wirusobójcze – zgodnie z normą EN 14476/Polio i Adeno/HBV, HCV i HIV.

Jeżeli zaproponowany środek nie posiada takiego zakresu działania i badań zakończonych pozytywnymi wynikami na wyżej opisane organizmy testowe wg norm oferta podlega odrzuceniu. Dopuszcza się złożenie ofert na środki o szerszym zakresie działania niż wyszczególnione w SIWZ.

Wykonawca powinien zaoferować ilość środka równoważnego umożliwiającą wykonanie takiej samej ilości cieczy roboczej lub innych (dotyczy chusteczek) jak ze środków wskazanych przez Zamawiającego w Formularzu Cenowym do każdego z zadań.

Wykonawca w Formularzu Cenowym do każdego z zadań :

3. Sporządzi oferty cenowe według wzoru i tabel z Formularza Cenowego Zał. Nr 2 do SIWZ (taki sam układ tabel).
4. Zaproponowane środki dezynfekcyjne równoważne muszą posiadać aktualne Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej w jęz. polskim wydane przez producenta środka.
5. Wykonawca musi załączyć do oferty instrukcje określające dokładne parametry chemiczno- użytkowe oraz instrukcje sporządzania cieczy roboczej.
6. W ofercie równoważnej należy wycenić ułamkową ilość opakowań, tak aby zaoferowana ilość zaproponowanego środka umożliwiła wykonanie takiej samej ilości cieczy roboczej jak ze środków wskazanych przez Zamawiającego.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na załączenie oświadczeń w miejsce dokumentów wymaganych, wyszczególnionych w SIWZ rozdz.. VI zarówno do oferty równoważnej jak również dla środków wskazanych w Formularzu cenowym przez Zamawiającego.
8. Dotyczy Zad. Nr 3 (chusteczki) Zamawiający dopuszcza +- 10% tolerancji wymiaru pojedynczej chusteczki.

Końskie 27.07.2011r.

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Końskich
Mgr inż. Jerzy Grodzki