

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępniła Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

[www.zoz.konskie.pl](http://www.zoz.konskie.pl)

---

**Końskie: sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych**  
**Numer ogłoszenia: 189879 - 2012; data zamieszczenia: 04.09.2012**  
**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Zespół Opieki Zdrowotnej , ul. Gimnazjalna 41B, 26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3902314, faks 041 3902319.

**Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.zoz.konskie.pl](http://www.zoz.konskie.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

#### **II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** dostawy.

**II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** 2). Dostawy implantów na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej koniecznych do wykonywania zabiegów alloplastyki biodra i kolana w tym: 1.Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego. - 60 szt. Trzpień tytanowy , prosty typu taper,spłaszczony w płaszczyźnie A-P, dostępny w co najmniej 12 rozmiarach o skoku co 1,5mm; dostępny w 2 wersjach offsetu: standard i high -bez zmiany kąta CCD. Trzpień w 1-3 części bliższej pokryty porowatą okładziną ułatwiającą przerost kostniny,w środkowej części piaskowany , natomiast koniec dalszy gładko polerowany. Trzpień ze skróconym stożkiem 12-14 o cyrkutrapezoidalnym przekroju szyjki , zwiększającym zakres ruchu. Wyposażony w platformę do bezrotacyjnego osadzania .Opcja z dodatkowym napyłaniem hydroksyapatytem. Głowa metalowa CoCr o średnicach 22,28,32 mm, przy czym dla rozmiaru 28 mm wymaga się 6 długości szyjki.Dostępna opcja głowy metalowej z cyrkonu (5 szt.) - nie zawierająca niklu- dla osób uczulonych na stop kobaltowo-chromowy. Panewka bezcementowa- ze stopu tytanowego, umożliwiająca śródoperacyjny wybór artykulacji (metal - metal, ceramika - ceramika, metal - polietylen, ceramika - polietylen) napyłana czystym tytanem, w rozmiarach 40 - 66 mm -ze skokiem co 2 mm, w wersji pressfit, gładko polerowana wewnątrz z antyrotacyjnym systemem zatraskowym, dostępna w wersji z 3 otworami i bez , do każdej panewki z otworami - śruba lub zaślepka do otworu. System umożliwia śródoperacyjne wyjęcie i włożenie wkładki polietylenowej, bez jej uszkodzenia, w celu lepszego dopasowania pozycji nadbudowy do warunków anatomicznych pacjenta. Możliwość zastosowania głowy o średnicy 36 mm do panewki w rozmiarze 52 mm. Wkładka panewkowa- z kroslinkowanego polietylenu

przystosowana do średnic głów 28, 32 i 36mm, w wersji Standard i z 20 stopniową nadbudową lub opcjonalnie wkładka metalowa ze stopu CoCr z progresywną średnicą wewnętrzną dla głów od 38 do 56mm i wkład ceramiczny wzmocniony tytanowym pierścieniem.

2. Endoproteza bezcementowa antyluksacyjna stawu biodrowego-20 szt. Trzpień tytanowy, prosty typu taper, spłaszczony w płaszczyźnie A-P, dostępny w co najmniej 12 rozmiarach o skoku co 1,5mm; dostępny w 2 wersjach offsetu: standard i high -bez zmiany kąta CCD. Trzpień w 1-3 części bliższej pokryty porowatą okładziną ułatwiającą przerost kostny, w środkowej części piaskowany, natomiast koniec dalszy gładko polerowany. Trzpień ze skróconym stożkiem 12-14 o cyrkulotrapezoidalnym przekroju szyjki, zwiększającym zakres ruchu. Wyposażony w platformę do bezrotacyjnego osadzania. Opcja z dodatkowym napyłaniem hydroksyapatytem. Głowa metalowa CoCr o średnicach 28,32 mm, przy czym dla rozmiaru 28 mm wymaga się 6 długości szyjki. Dostępna opcja głowy metalowej z cyrkonu (5 szt.) - nie zawierająca niklu- dla osób uczulonych na stop kobaltowo-chromowy. Panewka ze stopu stali nierdzewnej typu dual mobility - umożliwiająca ruch głowy we wkładce i dodatkowo wkładki w panewce. W rozmiarach 43-67 mm ze skokiem co 2mm. Panewka powinna posiadać co najmniej dwa uchwyty na górnym brzegu do zamocowania śrub stabilizujących jak również co najmniej dwa otwory na dodatkowe kołki mocujące. Zewnętrzna powłoka panewki pokryta tytanem lub hydroksyapatytem z specjalnym ożebrowaniem poprawiającym press-fit oraz działającym antyrotacyjnie. Brzeg gładko polerowany. Opcje panewek: a) panewka pokryta tytanem z otworami na kołki i uchwytami na śruby b) panewka pokryta tytanem bez uchwytów i otworów c) panewka pokryta hydroksyapatytem z otworami na kołki i uchwytami na śruby Kołki o długości 13 mm. Śruby mocujące o przekroju 4,5 mm w długościach 40,44,48,52,55,60 mm Wkładka polietylenowa - ruchoma w rozmiarach 43-67 dla głowy 22 mm odpowiadającym rozmiarom panewki. Dla głowy 28 mm w rozmiarach 47-67

3. Endoproteza cementowa stawu biodrowego-10 szt. Trzpień kobaltowo-chromowy, w wersji z kołnierzem i bezkołnierzowej, w 5 rozmiarach, skrócony stożek 12-14, szyjka o przekroju cyrkulotrapezoidalnym (nie cylindrycznym); po obu stronach trzpienia- kieszenie do dodatkowej presuryzacji cementu Głowa metalowa CoCr w rozmiarze 28 mm, dostępna w 6 rozmiarach długości szyjki Panewka polietylenowa z 20 stopniowym zadaszaniem, dostępna w rozmiarach od 46 do 61mm średnicy, ze skokiem co 3mm, wyposażona w dystansery z cementu kostnego oraz dodatkowy kołnierz do presuryzacji cementu. Znacznik rentgenowski.

4. Endoproteza bipolarna, cementowa stawu biodrowego.-10 szt. Trzpień kobaltowo-chromowy, w wersji z kołnierzem i bezkołnierzowej, w 5 rozmiarach, skrócony stożek 12-14, szyjka o przekroju cyrkulotrapezoidalnym (nie cylindrycznym); po obu stronach trzpienia- kieszenie do dodatkowej presuryzacji cementu Głowa bipolarna CoCr w rozmiarach 38-59 mm średnicy, z możliwością zamiany śródoperacyjnie na wersję unipolarną w rozmiarach 40-61 mm, stop CoCr, 1 taca narzędziowa do obu wersji Głowa CoCr w rozmiarze 28 mm, dostępna w 6 rozmiarach długości szyjki

5. Pakiet rewizyjny endoprotez stawu biodrowego w tym: Panewka bezcementowa tytanowa- napyłana czystym, porowatym tytanem w rozmiarach 40 - 76 mm, pressfit, gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatraskowym, dostępna w wersji z 3 otworami i bez, do każdej panewki z otworami - śruba lub zaślepka do otworu. Możliwa opcja z dodatkowym pressfitem na krawędzi panewki. Opcja z dodatkowym napyłaniem hydroksyapatytem. Z możliwością zatrzaśnięcia antyluksacyjnego głowy w panewce.- 3 szt. Kabel rewizyjny do trzpienia z zapięciem umożliwiającym jego wielokrotne zamykanie kluczem imbusowym 3 szt. Kabel bez zapięcia- 3 szt. Płytki proste - w 3 długościach: 150,200,250 mm, tytanowa- 1 szt. Płytki nakrętarsowa w 4 wersjach długości na 3,5,8 i 11 kabli - 1

szt. Instrumentarium z kluczem dynamometrycznym w użyczeniu. Trzpień cementowy-stop CoCr, konus 12-14, z kołnierzem 0,+15,+30 mm, o długościach 175,225,300mm 1 szt Trzpień rewizyjny bezcementowy- ze stopu tytanu, modularny- składający się z modułu proksymalnego i trzpienia właściwego o przekroju kwadratowym z 8 krawędziami mocującymi trzpień w korówce.-1 szt. Koszyk rewizyjny- prawy-lewy; w wersji z 3 skrzydełkami, o średnicach:50,56 i 62mm lub bez skrzydełek o średnicy od 44 do 68 mm z odstępem co 3 mm; śruba mocująca -2 szt. 6.Endoproteza odtwarzająca powierzchnie stawowe stawu biodrowego-kapoplastyka- 3 szt. Proteza stawu biodrowego w systemie wymiany powierzchni stawowej (resurfacingu): - stop CoCr typu as cast- zarówno głowa , jak i panewka po odlaniu nie są poddawane dodatkowym procesom termicznym, takim jak np. napylenie czystym tytanem. Głowa protezy- osadzona na cemencie na powierzchni zachowanej głowy kości udowej. Rozmiary: 38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58 mm Panewka protezy- typu pressfit, o powierzchni zewnętrznej z porowatościami będącymi integralną częścią panewki( nie napyłanymi) oraz pokrytymi HA-hydroxyapatytem, dwie płetwy antyrotacyjne do założenia na kość kulszową i łonową podczas implantacji. Rozmiary: 44-66 mm ze skokiem co 2 mm. 1. opcja- panewka stosowana w przypadku dysplazji, w 6 rozmiarach:46,50,54,58,62,66 mm z 2 otworami na śruby dysplastyczne stabilizacyjne ; Rozmiary śrub: długości od 24 do 88 mm ze skokiem co 4mm. 2. opcja- panewki pomostowej w 5 rozmiarach:50,54,58,62,66 mm (stosowana w razie konieczności rewizji panewki, pozwala pozostawić istniejącą głowę,zachowując wewnętrzny wymiar panewki dopasowany do głowy,jednocześnie pozwalając na dofrezowanie zewnętrzne). 7.Endoproteza krótkotrzeniowa, przynasadowa-10 szt. Trzpień-dostępny w co najmniej 9 rozmiarach,z konusem 12-14mm ,szyjka gładkopolerowana ,niemodularna; trzpień pokryty bonitem Głowa: metalowa ZrV-stop oksydowanego cyrkonu- o średnicach 32 i 36 mm,w co najmniej 6 długościach szyjki Panewka bezcementowa- ze stopu tytanowego, umożliwiająca śródoperacyjny wybór artykulacji (metal - metal, ceramika - ceramika, metal - polietylen, ceramika - polietylen) napyłana czystym tytanem, w rozmiarach 40 - 66 mm -ze skokiem co 2 mm, w wersji pressfit, gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatraskowym, dostępna w wersji z 3 otworami i bez , do każdej panewki z otworami - śruba lub zaślepka do otworu. System umożliwia śródoperacyjne wyjęcie i włożenie wkładki polietylenowej, bez jej uszkodzenia, w celu lepszego dopasowania pozycji nadbudowy do warunków anatomicznych pacjenta. Możliwość zastosowania głowy o średnicy 36 mm do panewki w rozmiarze 52 mm. Wkładka panewkowa- z kroslinkowanego polietylenu przystosowana do średnic głów 28, 32 i 36mm, w wersji standard i z 20 stopniową nadbudową lub opcjonalnie wkładka metalowa ze stopu CoCr z progresywną średnicą wewnętrzną dla głów od 38 do 56mm i wkład ceramiczny wzmacniany tytanowym pierścieniem. 8.Endoproteza stawu biodrowego bezcementowa przynasadowa z dużą głową - 3 szt. Panewka protezy- typu pressfit, o powierzchni zewnętrznej z porowatościami będącymi integralną częścią panewki( nie napyłanymi) oraz pokrytymi HA-hydroxyapatytem, dwie płetwy antyrotacyjne do założenia na kość kulszową i łonową podczas implantacji. Rozmiary: 44-66 mm ze skokiem co 2 mm. opcja- panewka stosowana w przypadku dysplazji, w 6 rozmiarach:46,50,54,58,62,66 mm z 2 otworami na śruby dysplastyczne stabilizacyjne ; Rozmiary śrub: długości od 24 do 88 mm ze skokiem co 4mm. Głowy modularna -do trzpienia o konusie 12-14, w 6 rozmiarach:38,42,46,50,54,58 mm , każdy rozmiar z 4 długościami offsetu szyjki: -4; 0; +4; +8 mm (stosowana w razie konieczności rewizji głowy, pozwala pozostawić istniejącą panewkę) Krótki trzpień-dla młodych pacjentów o kącie CCD<145>125.wykonany w całości ze stopu tytanu,w co najmniej 10 rozmiarach, o przekroju stożkowym w

trzech płaszczyznach, pokryty czystym tytanem i bonitem 9. Endoproteza całkowita stawu kolanowego-cementowa, anatomiczna, kłykciowa - 40 szt. Endoproteza w wersji z zachowaniem (CR) lub wycięciem tylnego więzadła krzyżowego (PS). Możliwość rozbudowy, w oparciu o podstawową, standardową wersję w system rewizyjny, składający się z podkładek, klinów oraz trzpieni z 4 stopniowym offsetem. Instrumentarium umożliwiające technikę małoinwazyjną. Bloczki do przycinania z prowadzeniem szczelinowym. Część udowa anatomiczna - prawa, lewa, z wbudowaną 3 stopniową rotacją zewnętrzną dla poprawy trakcji rzepki, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach, dla każdej ze stron. Taca piszczelowa anatomiczna-prawa, lewa, gładkopolerowana dla zmniejszenia zużycia polietylenu; z mechanizmem zatraskowym dla wkładki polietylenowej, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach, dla każdej ze stron. Wkładka polietylenowa-universalna, dostępna w 7 grubościach dla każdego rozmiaru tacy piszczelowej. 10. Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego-3 szt. Część udowa -anatomiczna lewa-prawa, z tylną stabilizacją, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron; z pełną (A-P i M-L) stabilizacją i możliwością założenia trzpieni bezcementowych i cementowych o co najmniej 2 długościach z 2,4 i 6mm offsetem. Możliwość uzupełniania ubytków kostnych systemem podkładek. - wykonana ze stopu Co-Cr Taca piszczelowa -titanowa, anatomiczna lewa-prawa dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatraskowym; Możliwość rozbudowy tacy o system podkładek i trzpieni bezcementowych z 2,4 i 6mm offsetem. Offsety udowe i piszczelowe wzajemnie kompatybilne. Wkładka polietylenowa- uniwersalna, półwiazana, dostępna w co najmniej 6 wysokościach..

**II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:** nie.

**II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.18.31.00-7.

**II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Okres w miesiącach: 12.

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

#### **III.2) ZALICZKI**

**Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie

#### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

**III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku (zał. Nr 3)

### **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku (zał. Nr 3)

### **III.3.3) Potencjał techniczny**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku (zał. Nr 3)

### **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku (zał. Nr 3)

### **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku (zał. Nr 3)

## **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

#### **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:**

##### **III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

**III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia**

#### **III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM**

**W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:**

- inne dokumenty

Sporządzone przez Wykonawcę oświadczenie, że oferowane produkty spełniają wymagania określone odpowiednimi przepisami i są dopuszczone do stosowania i obrotu na terenie RP -zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r.o wyrobach medycznych DZ. U Nr 107 z dnia 17 czerwca 2010 r i ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Dz.U. z 2010 nr 215 poz. 1416 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych . Przedmiot zamówienia spełnia normy jakościowe, oraz posiada aktualne dokumenty świadczące o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce (kserokopie do przedłożenia na prośbę Zamawiającego)

**III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie**

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.**

### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak**

#### **Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następujących przypadkach : a) - gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidziane zdarzenia lub okoliczności które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie. b) - w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie. c) - zmiany osób reprezentujących strony i odpowiedzialnych za realizację postanowień umowy d) - przedłużenie okresu obowiązywania umowy . e) - zmiany rachunku bankowego i innych danych stron.

### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:**

www.zoz.konskie.pl

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Zespół Opieki Zdrowotnej, ulica Gimnazjalna 41 B, 26-200 Końskie, DSUiZP..

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 12.09.2012 godzina 10:45, miejsce: Zespół Opieki Zdrowotnej, ulica Gimnazjalna 41 B, 26-200 Końskie, Sekretariat..

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku**

**nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie**