

Rzeczpospolita
Polska

Dotyczy: Umowy nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.07.03.00-00-26-0006/17 pn. „Poprawa jakości i dostępności do usług zdrowotnych poprzez doposażenie Działu Kardiologicznego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania „7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Oś VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Nr ogłoszenia: Dz.U. 2019 /S 128 -313002 ; data publikacji: 05/07/2019 i na stronie internetowej [https:// www.zoz.konskie.pl](https://www.zoz.konskie.pl), https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_konskie oraz w siedzibie zamawiającego - tablica ogłoszeń

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Angiografu do Pracowni Hemodynamiki wraz ze zintegrowaniem hemodynamicznym kpl. 1

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę :

GE MEDICAL SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

lp	Nazwa wykonawcy i adres Wykonawcy	Cena netto zł	Cena brutto zł	Pkt za cenę	Pkt za ocenę tech – użytkową	Razem pkt	Uwagi
1.	GE MEDICAL SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa	2 626 159,49	2 945 000,00	60,00	40,00	100	
4.	Philips Polska sp . z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 195b , 02-222 Warszawa	2 578 525,30	2 900 629,42	-	-	-	odrzucona

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty :

Philips Polska sp . z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 195b , 02-222 Warszawa

na podstawie art. 89. ustęp 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

Mianowicie - Zamawiający wymagał w zał. do SIWZ nr 5 w punkcie F.2

2.	detektor cyfrowy o przekątnej ≥ 30 cm	TAK, podać oba boki rejestratora (wielkości dla trybu obrazowania)	
----	--	--	--

Wykonawca Philips w tej pozycji zaoferował wpisując : Tak, 21cm x21 cm wielkość dla trybu obrazowania.
W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia :

Długość przekątnej z wzoru

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad \text{gdzie: } a, b - \text{ to boki} \\ c - \text{przekątna}$$

po przekształceniu otrzymujemy:

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Podstawiając wartości z otrzymanych dokumentów na wezwanie Zamawiającego i po ich analizie informujemy :

- podane w tych dokumentach wartości przez producenta (PHILIPS)

gdzie $a = 207 \text{ mm}$ i $b = 207 \text{ mm}$ otrzymujemy:

$$c = \sqrt{207^2 + 207^2}$$

$$c = \sqrt{42849 + 42849}$$

$$c = \sqrt{85698}$$

$$C = 292,74 \text{ mm}$$

Zamieniając **mm** na **cm** otrzymujemy długość przekątnej w **cm**

$$C = 29,27 \text{ cm}$$

Wartość $C = 29,27 \text{ cm}$ jest mniejsza niż wymagana długość przekątnej - gdzie zamawiający wymagał wartości dla trybu obrazowania -większej lub równej 30 cm)

Obliczenia dla wartości liczbowych wpisanych w złożonej ofercie przetargowej przez PHILIPS

$a = b = 21 \text{ cm}$ (21 cm)- jest to nieprawdziwa zawyżona wartość wg. doślanego katalogu jest: 207 mm zamieniając na cm otrzymamy 20,70 cm, czyli 20,7 cm)

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\text{Przy założeniu: } a = b = 21 \text{ cm} \quad c = \sqrt{21^2 + 21^2}$$

$$c = \sqrt{441 + 441}$$

$$c = \sqrt{882}$$

$$C = 29,69 \text{ cm}$$

Wartość ta $C = 29,69 \text{ cm}$ również jest mniejsza niż wymagana długość przekątnej - gdzie zamawiający wymagał wartości dla trybu obrazowania -większej lub równej 30 cm)

W związku z powyższy oferta firmy **Philips Polska sp. z o.o.**, ul. Aleje Jerozolimskie 195b , 02-222 Warszawa podlega odrzuceni jako niezgodna z wymaganiami Siwz (jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia)

4. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec

- 1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
- 2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Termin wniesienia odwołania: 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 15 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.

Pismo zostaje w dniu dzisiejszym zamieszczone na stronach

<http://zoz-konskie.bip.org.pl/> i platformazakupowa.pl/pn/zoz_konskie

Sporządził: Tomasz Milcarz

Końskie. 2019-09-16

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

Mgr inż. Jerzy Grodzki